

**CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 19/0012-CC
REGISTRO DE PREÇOS**

PARECER TÉCNICO

ITEM	USO INTERNO (Nº DA RCMS E ITEM)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	UNIDAD E DE MEDIDA
10	19/4527 – 1	Selante de sulcos e cicatriculas fotoativado APROVADAS : MAQUIRA, MAX SEAL MAQUIRA, BIOSEAL - ótima consistência, escoamento, liberação de flúor e fácil aplicação . REPROVADAS : PREVENT - a viscosidade não é muito boa. Obs : HOSPFLEX - não é marca de selante dental . É marca de envelopes auto selante para esterilização .	13	CAIXA
11	19/4527 – 2	Cursor stops de silicone de 1,0 mm c/100 und APROVADAS : ANGELUS, MAQUIRA , MK LIFE - tem perfuração centralizada, facilitando a colocação da lima e evitando a torção do instrumento.	10	PACOTE
12	19/4527 – 3	Lancetas descartável estéril ativada por contato agulha com 1,8mm profundidade. cx c/100 und. APROVADA : MEDLEVENSOHN - atende as necessidades de uso, são ativadas por contato e estão em conformidade para fins de aplicação da NR 32.	130	CAIXA
13	19/4527 – 4	Protetor de cerdas p/escova dental adulta APROVADAS : ALG, MEDFIO, ULTRA, DENTAL K , HILLO, SANIFIL - possuem qualidade satisfatória , se adequando a cabeça da escova . REPROVADA : CURAPROX - são em formato de bichinhos se adequando mais as escovas infantis.	30.000	UNIDADE
14	19/4527 – 5	Escova dental infantil c/cerdas macias e cabo plastic. APROVADAS : ALG DENTAL , ULTRA , MEDFIO, DENTAL K , HILLO , NOSLIG - cerdas macias , cabeça anatômica, fácil manuseio e atendem as nossas expectativas	15.000	UNIDADE
15	19/4527 – 6	Creme dental de 50 g. APROVADAS : FREEDENT, ICE CLEAN, ICEFRESH, COLGATE, HILLO - atendem bem as necessidades como auxiliar de uma boa higiene bucal.	20.000	UNIDADE
16	19/4527 – 7	Ácido fosfórico em gel a 37% para condicionamento dental. Seringa de 2,5 ml embalagem com 3 seringas. APROVADAS : VILLEVIE, MAQUIRA , ALPHA ETCH (DFL) - bom escoamento ,menos fluidez, viscosidade adequada, fácil aplicação e de forte ação anti bacteriana REPROVADAS : ALLPLAN, ACIDO P-GEL - precisa ficar na geladeira, porque escoo muito , dificultando o processo de ataque ácido .	360	UNIDADE

		ATAQUE GEL BIODINAMICA - a consistência do material não é boa, muito espesso		
17	19/4527 – 8	adesivo single bond APROVADO : SINGLE BOND/ 3M - excelente qualidade, alto rendimento, primer e adesivo num só frasco. REPROVADO : AMBAR 6 ML - embalagem péssima , dificultando a retirada do produto e desperdiçando muito o material .	140	UNIDADE
18	19/4527 – 9	Anestésico local cloridrato de prilocaína 3% bio pressin, felipressina cx. c/50 APROVADAS : CITANEST , PRILONEST (DFL/NOVA DFL) - anestésico seguro, de boa absorção e boa qualidade .	100	CAIXA
19	19/4527 – 10	Aplicador descartável microbrush emb. c/100 und APROVADAS : CAVIBRUSH (FGM), KG SORENSEN, VIGODENT, ANGELUS - resistentes e não soltam pelos	455	CAIXA
20	19/4527 – 11	Resina z 250 cor ud dentina universal APROVADA : Z100/3M - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica.	30	UNIDADE
21	19/4527 – 12	Cone de papel absorvente 1 série cx. c/120 und APROVADAS : TANARI, DIADENT - QUIMIDROL, META INJECTA, BOMA , MAILLEFER - alto poder de secagem dos condutos, possuem rigidez adequada e alta resistência a desintegração .	80	CAIXA
22	19/4527 – 13	Cone de papel absorvente 2 série cx. c/120 und APROVADAS : TANARI, DIADENT- QUIMIDROL, META, INJECTA, BOMA, MAILLEFER (DENTSPLY) – alto poder de secagem dos condutos, possuem rigidez adequada e alta resistência a desintegração.	80	CAIXA
23	19/4527 – 14	Escova dental adulto média c/cerdas macias e cabo de plástico APROVADAS : ALG DENTAL, ULTRA , MEDFIO, DENTAL K , COLGATE, HILLO , NOSLIG - cerdas macias , cabeça anatômica, fácil manuseio e atendem as nossas expectativas	15.000	UNIDADE
24	19/4527 – 15	Eugenol 20 ml APROVADAS : MAQUIRA, AAF, BIODINÂMICA - são de boa compatibilidade biológica	40	VIDRO
25	19/4527 – 17	Fio dental c/25 m. APROVADAS : ALG , MEDFIO, HILLO , PREVEN - não desfiam , muito boa qualidade	30.000	UNIDADE
26	19/4527 – 18	Ionômero de vidro fotopolimerizável p/restauração vitro fill lc a3 APROVADA : DFL - excelente adesão a estrutura do dente, ótima estética, excelentes propriedades mecânicas , liberação de íons fluoretos e fotoativado. Obs : VITROFILL LC é onome do produto da marca DFL. REPROVADAS : RIVA LIGHT CURE, MAQUIRA - descola facilmente da cavidade , sendo tambem totalmente radiolúcido.	260	KIT

27	19/4527 – 19	Cureta de mccall nº 17-18 ponta aguda cr-44 APROVADA : GOLGRAN - possui corte bilateral, favorecendo uma ótima raspagem. Obs : Confirmar com a empresa 4 se LINHA GG é o mesmo Golgran REPROVADAS : 6B INVENT, HILLO - rápida oxidação	100	UNIDADE
28	19/4527 – 20	Linha de sutura agulhada fio de seda cx. c/24 und. APROVADA : TECHNEW - fio de qualidade muito boa, com agulha pequena, facilitando o procedimento REPROVADA : PROCARE - a agulha é muito grande o que dificulta a sutura, principalmente nos dentes posteriores e o fio arrebenta com facilidade . Obs : DFL não é marca de linha de sutura.	200	CAIXA
29	19/4527 – 21	Foice de mccal 1-10 (fc-07) APROVADA : GOLGRAN - possui um excelente poder de corte, favorecendo uma ótima raspagem. Obs : Confirmar com a empresa 4 se LINHA GG é o mesmo Golgran	100	UNIDADE
30	19/4527 – 22	Lamina para bisturi 15 cx. c/100 und APROVADAS : SOLIDOR,MAXICOR, CIRUTI - maior poder de corte por mais tempo.	40	CAIXA
31	19/4527 – 23	Óleo spray lubrificante 100 ml. / 70 g APROVADAS : MAQSPRAY(MAQUIRA), SS PLUS – possuem ação detergente e bactericida, compatíveis para todos os equipamentos .	150	TUBO
32	19/4527 – 24	Papel graú cirúrgico 100 mm x 100 m APROVADAS : PACKGC, HOSPFLEX, LBMED, HARBO MEDICAL, ZERMATT - são todas de boa qualidade , garantindo a barreira bacteriológica necessária .	190	ROLO
33	19/4527 – 25	Papel graú cirúrgico 50 mm x100 m APROVADAS : PACKGC, HOSPFLEX, LBMED, HARBO MEDICAL, ZERMATT - são todas de boa qualidade , garantindo a barreira bacteriológica necessária .	200	ROLO
34	19/4527 – 26	Película radiográfica adulto cx. c/150 und APROVADAS : AGFA DENTUS E-SPEED - KULZER , CARESTREAM - bom desempenho, durabilidade, qualidade da imagem muito boa , ótimo contraste, tempo de revelação e fixação muito bom .	150	CAIXA
35	19/4527 – 27	Resina fotopolimerizável z100 (A3,5) APROVADA : Z100/3M - fácil manipulação, muito boa	170	UNIDADE

		qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica REPROVADA : MAQUIRA - não é marca fabricante da z100.		
36	19/4527 – 28	Revelador p/raio x - frasco c/500 ml APROVADA : CARESTREAM (KODAK) - melhor visibilidade , menos manchas e maior durabilidade . REPROVADA : SELEKT KULZER - oxida rapidamente, durabilidade baixa	100	FRASCO
37	19/4527 – 29	Roletes dentais de algodão pct. c/100 und APROVADA : SS PLUS - padronização de tamanho, maior maciez e absorção	7.500	PACOTE
38	19/4527 – 30	Taça de borracha APROVADAS : MICRODONT, PREVEN - boa flexibilidade e maior durabilidade	780	UNIDADE
39	19/4527 – 31	Tira de lixa p/acab. e polimento 4 mm x 170 mm c/50 und APROVADAS : MICRODONT, MAQUIRA - boa resistência, boa abrasividade REPROVADAS : PREVEN, IODONTOSUL, POLYMASTER - esfrela antes de lixar	300	ENVELOPE
40	19/4527 – 32	Resina fotopolimerizável z100 (A3) APROVADA : Z100/3M - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica.	130	UNIDADE
41	19/4527 – 33	Resina fotopolimerizável z100 (A2) APROVADA : Z100/3M - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica	130	UNIDADE
42	19/4527 – 34	Resina fotopolimerizável z100 (A1) APROVADA : Z100/3M - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica	70	UNIDADE
43	19/4527 – 35	Resina fotopolimerizável z100 (B2) APROVADA : Z100/3M - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica	130	UNIDADE
44	19/4527 – 36	Resina fotopolimerizável z100 (B3) APROVADA : Z100/3M - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica	130	UNIDADE

45	19/4527 – 37	Broca p/acab. de resina (1190-f) APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION , MR ANGELUS - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE
46	19/4527 – 38	Broca p/acab. de resina (1093-f) APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION , MR ANGELUS - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE

47	19/4527 – 39	Broca p/acab. de resina (2135-f) APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION , MR ANGELUS - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE
48	19/4527 – 40	Broca p/acab. de resina (1112-f) APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION , MR ANGELUS - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE
49	19/4527 – 41	Broca p/acab. de resina (3118-f) APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION , MR ANGELUS - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE
50	19/4527 – 42	Broca p/acab. de resina (3168-f) APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION , MR ANGELUS - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE
51	19/4527 – 43	Broca p/acab. de resina (3195-f) APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION , MR ANGELUS - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE
52	19/4527 – 44	Agulha gengival extra curta (15 x 0,30 mm.) de 30 g. cx. c/100 und. APROVADA : INJEX , DFL - resistente, sem vazamento e encaixa perfeitamente na seringa carpule REPROVADA : PROCARE - a agulha quebra fácil , entortando quando da troca do tubete de anestésico	50	CAIXA
53	19/4527 – 45	Flúor em espuma p/fluoretação de esmalte dental c/1,23% de fluoretos frasco c/100 g. APROVADAS : FLUOR CARE (FGM), MAQUIRA - boa qualidade e de eficácia comprovada como coadjuvante no combate as cáries.	50	FRASCO
54	19/4527 – 46	Anestésico mepivacaína sem vaso constrictor a 30 mg/ml - cx. c/50 tubetes APROVADAS : MEPISV (DFL) , MEPIVALEM 3% SV (DLA) - boa qualidade , eficaz	50	CAIXA
55	19/4527 – 47	Spray p/ teste de vitalidade pulpar c/200 ml APROVADAS : ICE TEST , ENDO ICE (MAQUIRA) – eficaz nos testes de vitalidade dos dentes , composto por agentes de resfriamento.	20	FRASCO

56	19/4527 – 48	Broca 1016 hl APROVADA : MICRODONT, KG SORENSEN - alta qualidade do corte e maior tempo de vida útil . REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso perdem o corte .	200	UNIDADE
57	19/4527 – 49	Broca esférica cirúrgica nº 02 APROVADAS : KAVO BURS CARBIDE (é a mesma KAVO), D PERFECT, ANGELUS, KG SORENSEN, KERR alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil.	100	UNIDADE
58	19/4527 – 50	Broca esférica cirúrgica nº 04 APROVADAS : KAVO BURS CARBIDE (é a mesma KAVO), D PERFECT, ANGELUS, KG SORENSEN, KERR alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil .	100	UNIDADE
59	19/4527 – 51	Broca tronco - cônico cirúrgica nº 701 APROVADAS : KAVO BURS CARBIDE (é a mesma KAVO), D PERFECT, ALL PRIME, ANGELUS, KERR - alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil.	100	UNIDADE
60	19/4527 – 52	Broca carbide nº 05 APROVADAS : KAVO, D PERFECT, ANGELUS KG SORENSEN, KERR, LABORDENTAL - alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil. Obs : OPERATORIA não é marca de broca	100	UNIDADE
61	19/4527 – 53	Broca carbide nº 06 APROVADAS : KAVO, D PERFECT, ANGELUS KG SORENSEN, KERR, LABORDENTAL - alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil. Obs : OPERATORIA não é marca de broca	100	UNIDADE
62	19/4527 – 54	Caneta de alta rotação, com encaixe de borden, spray triplo, fixação da broca pelo saca brocas, rolamento metálico, com rotação máxima de 380 mil rpm, pressão de ar de 32 libras, autoclavável, nível sonoro de 64 db, produzido com latão, alumínio e componentes de aço inox APROVADA : KAVO/ EXTRA TORQUE 605 - excelente marca e já de uso na clínica odontológica e eficiência comprovada. REPROVADAS : DENTEMED, MSK -.barulhenta, pouca resistência na colocação da broca , rolamentos se danificam com facilidade	25	UNIDADE
63	19/4527 – 55	Contra ângulo 1.1. diâmetro 20mm, com sistema intra para acoplamento no micromotor, relação de transmissão de rotação 1:1 co baixo nível de autoclavável até 135° c. APROVADA : KAVO/ CONTRA ÂNGULO 500 - excelente marca e já de uso na clínica odontológica e eficiência comprovada . REPROVADAS : DENTEMED , SAEVO - pouca resistência e rolamentos se danificam com facilidade .	30	UNIDADE

64	19/4527 – 56	Saca broca APROVADA : KAVO - fácil manuseio e compatível com a marca das canetas de alta rotação. REPROVADAS : DENTFLEX, HOL DENT, DX - são incompatíveis com a marcas da caneta de alta rotação já em uso na clínica odontológica.	130	UNIDADE
65	19/4527 – 57	Anestésico local de cloridrato de lidocaína e fenilefrina, novocol cx. c/ 50 und. APROVADA : SS WHITE - qualidade excelente, rápida absorção,efeito prolongado	260	CAIXA
66	19/4527 – 58	Frasco dappen plástico APROVADA : MAQUIRA - bom desempenho e não deforma após esterilização. REPROVADA : PREVEN - deforma após esterilização .	65	UNIDADE
67	19/4527 – 59	Cureta de mccall nº 17-18 ponta arredondada cr-45 APROVADA : GOLGRAN - possui corte bilateral, favorecendo uma ótima raspagem. Obs : Confirmar com a empresa 4 se LINHA GG é o mesmo Golgran	60	UNIDADE
68	19/4527 – 60	Cureta de mccall nº 13-14 ponta aguda cr- 41 APROVADA : GOLGRAN - possui corte bilateral, favorecendo uma ótima raspagem . Obs : Confirmar com a empresa 4 se LINHA GG é o mesmo Golgran REPROVADAS : 6B INVENT, ICE - rápida oxidação	100	UNIDADE
69	19/4527 – 61	Película radiográfica infantil cx. c/100 und APROVADAS : DENTIX, KODAK CARESTREAM - bom desempenho, durabilidade, qualidade da imagem muito boa , ótimo contraste, tempo de revelação e fixação muito bom .	50	CAIXA
70	19/4527 – 62	Ponta diamantada 1011 APROVADAS : MICRODONT - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE
71	19/4527 – 63	Removedor de manchas de 30 ml. APROVADAS : TARTARIT, IODONTOSUL, FGM, SS PLUS, URABY - fácil aplicação e remoção , não provoca sensibilidade dental.	30	VIDRO

72	19/4527 – 64	Solução hemostática c/ 10 ml APROVADAS : HEMOLIQ, MAQUIRA, BIODINAMICA - realizam um rápido estancamento, cauterizando bem os pequenos sangramentos.	20	VIDRO
73	19/4527 – 65	Ponta diamantada 1012 APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE
74	19/4527 – 66	Ponta diamantada 1013 APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE

75	19/4527 – 67	Ponta diamantada 1014 APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE
76	19/4527 – 68	Ponta diamantada 1015 APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE
77	19/4527 – 69	Ponta diamantada 1016 APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE
78	19/4527 – 70	Ponta diamantada 1032 APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE
79	19/4527 – 71	Ponta diamantada 1034 APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o corte.	200	UNIDADE
80	19/4527 – 72	Ponta diamantada 1090 APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o corte.	200	UNIDADE
81	19/4527 – 73	Ponta diamantada 1312 APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE
82	19/4527 – 74	Ponta diamantada 1342 APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o corte.	200	UNIDADE

83	19/4527 – 75	Ponta diamantada 1343 APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o corte.	200	UNIDADE
84	19/4527 – 76	Ponta diamantada 3071 APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE
85	19/4527 – 77	Ponta diamantada 2135 APROVADAS : MICRODONT , KG SORENSEN - qualidade de corte superior e com maior tempo de vida útil. REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o corte.	300	UNIDADE
86	19/4527 – 78	Cimento endodontico sealer 26 10 APROVADAS : DENTSPLY , BIODINAMICA - fácil manipulação, inserção e boa fluidez . REPROVADAS : ANGELUS - pacientes relatam dor pós operatória, o produto mancha os dentes na região cervical	20	UNIDADE
87	19/4527 – 79	Cimento de hidróxido de cálcio tipo hidro (c) 13 g. base e 11 g. Catalizador APROVADA : HIDRO C - DENTSPLY - fácil manipulação , excelente aplicação e manuseio REPROVADAS : HYDCAL, VIGODENT, COLTENE - ressecam com facilidade, um pouco espesso dificultando uma mistura mais rápida .	130	UNIDADE
88	19/4527 – 80	Tiras transparente de poliéster tam (10 x 120 x 0,05 mm) ,envelope com 50 und. APROVADAS : K DENT (QUIMIDROL) , PREVEN , MICRODONT, MAQUIRA - de boa quaidade , atende bem as necessidades durante o processo restaurador .	150	ENVELOPE
89	19/4527 – 81	Resina fotopolimerizável Z100 A4 c/4g. APROVADA : Z100/3M - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica	70	UNIDADE
90	19/4527 – 82	Cone acessório r-8 APROVADAS : TANARI, DENTSPLY, META , BOMA - possuem qualidade de elasticidade, dureza, radiopacidade e durabilidade .	26	UNIDADE
91	19/4527 – 83	Broca tronco cônica cirúrgica nº 702 APROVADAS : KAVO/KERR, ALLPRIME - eficiência do corte elevado e de longa vida útil. REPROVADA : D PERFECT - frágil, oxida com facilidade	100	UNIDADE
92	19/4527 – 84	Broca de baixa rotação p/remoção de carie nº 4 APROVADAS : MAILLEFER DENTSPLY , KAVO KERR - excelente qualidade e poder de corte	100	UNIDADE

93	19/4527 – 85	Broca de baixa rotação p/remoção de carie nº 6 APROVADAS : MAILLEFER DENTSPLY , KAVO KERR - excelente qualidade e poder de corte	100	UNIDADE
94	19/4527 – 86	Broca de baixa rotação p/remoção de carie nº 8 APROVADAS : MAILLEFER DENTSPLY , KAVO KERR - excelente qualidade e poder de corte	100	UNIDADE
95	19/4527 – 87	Cone acessório R-7 APROVADAS : TANARI, DENTSPLY, META , BOMA - possuem qualidade de elasticidade, dureza, radiopacidade e durabilidade .	26	UNIDADE
96	19/4527 – 88	Fita metálica matriz de aço (0,05 x 0,5) mm x 50 cm APROVADAS : IODONTOSUL, AAF , PREVEN, MAQUIRA - boa qualidade, maleável, fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração .	250	CAIXA
97	19/4527 – 89	Fita metálica matriz de aço (0,05 x 0,7) mm x 50 cm APROVADAS : IODONTOSUL, PREVEN, MAQUIRA - boa qualidade, maleável, fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração .	250	CAIXA
98	19/4527 – 90	Anestésico local mepivacaína com vaso constritor (mepivacaína 2% c/vaso constritor epinefrina 1:100.000) caixa c/ 50 und APROVADAS : DLA (eficaz, de menor toxicidade e maior segurança) , DFL(rápida absorção, efeito prolongado, anestésico seguro) Obs : Mepiadre é o mesmo DFL que é o fabricante / Mepivalem AD 2% é o mesmo DLA que é o fabricante e Mepivacaína é o composto do anestésico local , não a marca	150	CAIXA
99	19/4527 – 91	Formocresol de 10 ml. APROVADAS : BIODINAMICA, MAQUIRA - de boa qualidade com ação antibacteriana. Obs : FORMOCRESOL é o nome do produto e não da marca.	30	VIDRO
100	19/4527 – 92	Disco de feltro. obs: cx. c/24 und. diâmetro 8 e 12 mm (cx.mista) APROVADAS : TDV, DIAMOND (é da FGM) - dá um brilho excelente na restauração . REPROVADA : KOTA - se desmancha rapidamente , soltando todo o feltro.	20	CAIXA

101	19/4527 – 93	"Micromotor 500 kavo acoplamento borden intramatic. spray interno. rotação de 5.000 a 20.000 rpm. encaixe intramatic universal, fácil manuseio. permite giro livre de 360°. baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente. Esterilizável em autoclave até 135°C. garantia: 1 ano. OBS: compatível com nossos equipamentos kavo." APROVADA : MICROMOTOR 500 / KAVO - excelente marca, eficiência comprovada . REPROVADAS : DENTEMED, NSK - pouco resistente	25	UNIDADE
102	19/4527 – 94	Anti-séptico bucal frasco c/2 lt. kit completo APROVADAS : REYMER , COLGATE - excelente qualidade, sem álcool , não mancha os dentes e contém flúor CLOREXIDINE DA MARCA IODONTOSUL esta APROVADA . Obs : PERIOPLAK é o nome comercial, não a marca. Quem fabrica é a REYMER.	120	GALÃO
103	19/4527 – 95	Papel graú cirúrgico de 150 mm x 100 m. APROVADAS : PACKGC, HOSPFLEX, LBMED, HARBO MEDICAL, ZERMATT - são todas de boa qualidade , garantindo a barreira bacteriológica necessária .	200	ROLO
104	19/4527 – 96	Coltosol pote de 20 g. APROVADAS : VIGODENT, COLTENE, VILLEVIE, FILLPROV (é o nome comercial do produto, sendo da marca ALLPLAN) - tem ótima consistência, aderência, durabilidade e de fácil manipulação . Obs : COLTOSOL é o produto e não a marca.	100	UNIDADE
105	19/4527 – 97	Rolamento p/ contra ângulo APROVADA : KAVO - compatível com a marca dos contra ângulos da clínica odontológica. REPROVADA : HOL DENT - incompatível com a marca dos contra ângulos da clínica odontológica .	70	PAR
106	19/4527 – 98	Disco de lixa sof-lex nacional obs: cx. c/50 und. diâmetro 12,07 mm e tam. de 1/2 polegadas APROVADA : 3M / SOFLEX - eficaz, fácil de usar e de diferentes granulações.	20	CAIXA
107	19/4527 – 99	Enhance sistema de acabamento c/07 unds APROVADA : DENTSPLY - adapta-se facilmente a todas as superfícies dentárias e proporciona excelente lisura de superfície e acabamento das restaurações. Obs : DENTSPLY MAILLEFER é uma marca somente.	100	CAIXA
108	19/4527 – 100	Explorador inox APROVADAS : LINHA GG - bem acabados, afiados, resistentes e excelente qualidade . Obs : Confirmar com a empresa 04,se a LINHA GG é o mesma GOLGRAN . REPROVADAS : COOPERFLEX, FAVA , TRINKS - rápida oxidação , escurecendo conforme vai sendo esterilizado.	40	UNIDADE

109	19/4527 – 101	Algodão hidrófilo pct. c/500 g. APROVADAS : NEVOA, NATHALYA - alta absorção e macio	100	PACOTE
110	19/4527 – 102	Babador descartável p/odontologia tam. 30x40 cm. pct. c/100 und APROVADAS : SS PLUS, BIODINÂMICA - são de boa qualidade , resistente e não rasgam facilmente .	460	CAIXA
111	19/4527 – 103	Escova de robson APROVADA : MICRODONT - boa qualidade pra profilaxia dental. REPROVADA : PREVEN - difícil adaptação no contra ângulo, são duras, sem muita resistência.	500	UNIDADE
112	19/4527 – 104	Fita adesiva autoclave de 19 mm x 30 m. APROVADAS : SS PLUS, CREMER , HOSPFLEX, MISSNER - bem colante e grossa , não descola no ciclo de esterilização .	300	ROLO
113	19/4527 – 105	Flúor gel de fluoreto fosfatado acidulado de 1,23% c/ 208 g (200 ml). APROVADAS : FLUGEL, FLUORSUL (IODONTOSUL), FLUORPLAN (ALLPLAN), SS PLUS, MAQUIRA, DFL - boa qualidade e de eficácia comprovada como coadjuvante no combate as cáries.	300	VIDRO
114	19/4527 – 106	Hidróxido de cálcio P a 10 g. APROVADAS : MAQUIRA , BIODINÂMICA - boa qualidade , excelente para estimular a formação de dentina reparadora. Obs : Hidróxido de Calcio PA é o nome do produto, não da marca .	50	VIDRO
115	19/4527 – 107	Máscara semi-facial tripla c/ presilhas elásticas cx. c/50 unds APROVADAS : SS PLUS, DESCARPACK - resistentes e maior poder de filtragem REPROVADA : SKY - menor poder de filtragem	1.000	CAIXA
116	19/4527 – 108	Óxido de zinco c/50 g. APROVADAS : BIODINÂMICA, MAQUIRA, QUIMIDROL - tem ótimo vedamento, efeito isolante, grande resistência e baixa solubilidade .	50	VIDRO
117	19/4527 – 109	Sugador de saliva emb. c/40 unds APROVADAS : MAX CLEAN (SS PLUS), EURONDA - não machuca a mucosa, ponteira macia , resistente, flexível e prático	2.300	PACOTE
118	19/4527 – 110	Tiras abrasivas de aço inoxidável espessura 4 mm. largura 150 mm. granulação média, emb. c/12 unidades APROVADAS : DIAMANTEC (BIODINAMICA), AAF - maior durabilidade, resistência e efetividade. REPROVADAS : PREVEN ,NOSLIG - o abrasivo descola do metal.	400	ENVELOPE

119	19/4527 – 111	Anestésico aromatizada em gel 12g APROVADA : BENZOTOP (NOVA DFL) - excelente qualidade permitindo uma administração menos traumática das injeções anestésicas. Obs : BENZOTOP é o nome comercial . NOVA DFL/DFL é a marca .	130	UNIDADE
120	19/4527 – 112	Luva de latex p/procedimento tam. (m) emb. c/100 und. (50 pares) APROVADAS : LEMGRUBER, DESCARPACK, SUPERMAX, MEDIX - boa resistência, durabilidade e elasticidade .	1.200	CAIXA
121	19/4527 – 113	Luva de latex p/ procedimento tam. (p) emb. c/100 und. (50 pares) APROVADAS : LEMGRUBER, DESCARPACK, SUPERMAX, MEDIX - boa resistência, durabilidade e elasticidade .	2.000	CAIXA
122	19/4527 – 114	Cureta de mccall nº 13-14 - ponta Arredondada cr-41 APROVADA : GOLGRAN - possui corte bilateral, favorecendo uma ótima raspagem . Obs : Confirmar com a empresa 4 se LINHA GG é o mesmo Golgran REPROVADAS : ICE - rápida oxidação	120	UNIDADE
123	19/4527 – 115	Luvas estereis nº 7,0 APROVADAS : LIFE PLUS, DESCARPACK, SUPERMAX, SURGICARE - boa qualidade, bem elásticas e não comprometem a resistência.	550	PAR
124	19/4527 – 116	Luvas estereis nº 7,5 APROVADAS : LIFE PLUS, DESCARPACK, SUPERMAX, SURGICARE - boa qualidade, bem elásticas e não comprometem a resistência.	550	PAR

125	19/4527 – 117	Luvas estereis nº 8,0 APROVADAS : LIFE PLUS, DESCARPACK, SUPERMAX, SURGICARE - boa qualidade, bem elásticas e não comprometem a resistência.	500	PAR
126	19/4527 – 118	Espaçador digital de (25 mm), cx. c/ 06 APROVADAS : ANGELUS, MK LIFE, MEDIN - maior resistência a fratura, boa qualidade .	20	CAIXA
127	19/4527 – 119	Iodofórmio de 10 g. APROVADAS : BIODINAMICA, MAQUIRA , QUIMIDROL - exerce excelente efeito microbiano	20	VIDRO
128	19/4527 – 120	Luva de latex p/procedimento tam. extra (p) emb. c/100 und. (50 pares) APROVADAS : LEMGRUBER, DESCARPACK, SUPERMAX, MEDIX - boa resistência, durabilidade e elasticidade .	800	CAIXA
129	19/4527 – 121	espelho bucal auto nº 5 – autoclavavel APROVADAS : MIRAGE, MIRAGE- BARASCH, PREVEN, IODONTOSUL - boa qualidade e durabilidade .	800	UNIDADE
130	19/4527 – 122	carbono p/articulação dupla face emb. c/12 fls. de (100 x 20 mm.) APROVADAS : PREVEN, MAQUIRA ,CONTACTO (ANGELUS) - boa qualidade no teste da oclusão, atingindo anatomicamente os pontos oclusais.	200	CAIXA
131	19/4527 – 123	Fixador p/rx odontológico c/475 ml. ref. 156 2826 APROVADA : CARESTREAM - melhor fixação , menos manchas e maior durabilidade . REPROVADAS : SELEKT KULZER, LYSANDRA - oxida rapidamente, durabilidade baixa	200	VIDRO
132	19/4527 – 124	Coletor perfuro cortante em plástico rígido translucido c/descartador de agulhas na tampa, capacidade de 3 lt. APROVADAS : DESCARPACK, DESCARBOX ECOLOGIC - boa qualidade , cumprindo bem a função .	160	UNIDADE
133	19/4527 – 125	Oculos de proteção ultra spec 2000 transparente anti-embaçante uvex APROVADAS : ULTRAESPEC 2000 (UVEX) – amplo campo de visão , proteção lateral reforçada. REPROVADAS : SS PLUS , SUPERMEDY - muito grande, embaça facilmente	15	UNIDADE
134	19/4527 – 126	Preservativo lubrificado masculino cx. c/144 und. APROVADA : INOVATEX - Tem certificado de boas práticas de fabricação , são lubrificados e atendem as necessidades da atividade educação em saúde .	500	CAIXA
135	19/4527 – 127	Álcool etílico hidratado 70%, conteúdo de 1 lt. APROVADAS : SANTA CRUZ, ITAJÁ - boa qualidade, desempenha bem sua função antisséptica. REPROVADA : ASFER é marca de álcool em gel .	600	UNIDADE

136	19/4527 – 128	Agulha hipodermica descartável (25 x 7) cx. c/100 und APROVADAS : DESCARPACK, SOLIDOR, LABOR IMPORT - bem resistente, flexível, sem risco de quebrar Obs : CIRUTI - não encontrei essa marca de agulha hipodérmica .	200	CAIXA
137	19/4527 – 129	Solução a base de ácido peracetico 0,2% (galão de 5 l). APROVADA : PHARMA - eficaz contra amplo espectro de microorganismos.	30	GALÃO
138	19/4527 – 130	Detergente enzimatico p/ desincrustação e limpeza de instrumentos odontológicos. obs: garrações de 5 lt. APROVADAS : ASFER , RIOZYME ECO - ótima qualidade, excelente desinfecção	20	GARRAFÃO
139	19/4527 – 131	Agulha descartável gengival 30 g. (0,30 x 22 mm.) cx. c/100 pçs. APROVADA : INJEX ,DENCOJET (DFL)- resistente, sem vazamento e encaixa perfeitamente na seringa carpule REPROVADA : PROCARE - a agulha quebra fácil , entortando quando da troca do tubete de anestésico	100	CAIXA
140	19/4527 – 133	Capa desc. p/seringa triplice pct. c/100 pçs APROVADAS : A&G - boa qualidade e compatíveis com as seringas tríplexes da clínica odontológica . Obs : KAVO é a marca da seringa tríplex, não da capa .	500	CAIXA
141	19/4527 – 134	Calen pmcc c/02 tubos pasta de 2,7g. e 02 tubos de glicerina 2,2 g APROVADA : SS WHITE/ CALEN - já de uso na clínica e de eficiência comprovada na endodontia	20	CAIXA
142	19/4527 – 135	Callen sem paramono clorofenolcanforado APROVADA : SS WHITE/ CALEN - já de uso na clínica e de eficiência comprovada na endodontia REPROVADA : MAQUIRA - aplicação trabalhosa, começa a entupir a agulha.	20	UNIDADE
143	19/4527 – 136	Líquido esterilizante sol. de glutaraldeido a 2% de 5 l. APROVADAS : GLUTARON , RIOQUÍMICA - boa qualidade no processo de desinfecção .	30	UNIDADE
144	19/4527 – 138	Saco branco leitoso p/lixo hospitalar capacidade p/ 100 lt pct c/ 100 und APROVADAS : AFPEMBALAGENS, AZEPLAST, RAVA - de boa qualidade , práticos e resistentes	40	PACOTE

145	19/4527 – 139	Resina fotopolimerizável z100 p-60 a3 APROVADA : Z100/3M - fácil manipulação, muito boa qualidade e já de uso nas restaurações dos pacientes da clínica odontológica	70	UNIDADE
146	19/4527 – 140	Prendedor de guardanapos - babador jacaré, em plástico, aço inoxidável APROVADAS : BABAPRENDI, PREVEN , MAQUIRA - boa qualidade.	100	PAR
147	19/4527 – 141	Mandril metálico tipo pinça, utilizado p/ discos de polimento e acabamento, emb. c/1 und. APROVADAS : PREVEN, MANDRITEC, MICRODONT - fácil manuseio, resistente e de boa qualidade .	50	UNIDADE
148	19/4527 – 142	Armação plástica p/rx c/06 divisões em pvc cristal, material não toxico APROVADAS : PREVEN, MAQUIRA - de fácil manuseio, resistente e de boa qualidade .	600	UNIDADE
149	19/4527 – 143	Cone de guta percha 15/40 cx. c/120 und APROVADA : DENTSPLY - são padronizados e já de uso na clínica . REPROVADAS : BOMA, INJECTA,TANARI, META, DIADENT-QUIMIDROL - não são padronizados.	40	CAIXA
150	19/4527 – 144	Cone de guta percha 45/80 cx. c/120 und APROVADA : DENTSPLY - são padronizados e já de uso na clínica . REPROVADAS : BOMA, INJECTA,TANARI, META - não são padronizados.	30	CAIXA

151	19/4527 – 145	Tesourinha peq. ponta curva 15 cm APROVADAS : COOPERFLEX, GOLGRAN, MILLENIUM, ABC - bom corte	20	UNIDADE
152	19/4527 – 146	Pedra pomes granulação ultra fina pote de 100 g. APROVADAS : QUIMIDROL, IODONTOSUL, MAQUIRA, BIODINAMICA, VILLEVIE, AAF - boa qualidade, ótima espessura e granulometria.	200	UNIDADE
153	19/4527 – 147	lonômero de vidro fotopolimerizável p/ forramento vitrebond - kit completo APROVADA : VITREBOND 3M - facilidade de uso, bom tempo de trabalho, liberação inicial e contínua de flúor, excelente adesão dentina, radiopaco. REPROVADAS : MAQUIRA, SDI - descola da cavidade facilmente .	50	KIT
154	19/4527 – 148	Solução de dakin de 1 lt APROVADAS : ASFER, IODONTOSUL - boa qualidade no processo de desinfecção dos canais radiculares	30	LITRO
155	19/4527 – 149	Solução de milton c/ 1 litro APROVADAS : ASFER, IODONTOSUL - boa qualidade no processo de desinfecção dos canais radiculares	20	LITRO
156	19/4527 – 150	Verniz com flúor a 5% 30. - cx. c/10 ml. APROVADAS : FLUORNIZ (SS WHITE), DURAPHAT (COLGATE) , FGM - excelente qualidade e coadjuvante no tratamento da sensibilidade.	50	CAIXA
157	19/4527 – 151	Broca tronco-cônica cirúrgica nº 699 APROVADAS : DPERFECT, ALL PRIME , JOTA , KERR - alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil.	70	UNIDADE
158	19/4527 – 152	Luva descartável de plástico transparente c/100 und. Sobreluvas APROVADAS : DESCARPACK, SS PLUS, WILTEX - são resistentes e de boa qualidade .	500	PACOTE
159	19/4527 – 153	Gase com 500 compressas (7,5 x 7,5 cm) c/08 cam. 05 dobras e 09 fios cm². APROVADAS : ULTRACOTTON - boa absorção , não desfiam. REPROVADAS : MEDIHOUSE , FORTCLEAN, CLEAN - pouca absorção .	1.200	PACOTE
160	19/4527 – 154	Cunha de madeira cx. c/100 und. APROVADAS : TDV - boa qualidade, fácil adaptação da matriz REPROVADAS : PHARMAINOX, IODONTOSUL, MAQUIRA, PREVEN - espessa, dificultando a adaptação da matriz.	100	CAIXA

161	19/4527 – 155	<p>Agulha longa (30 x 0,40 mm) de 27 g. cx. c/100 und. Endodontia</p> <p>APROVADA : INJEX ,DENCOJET (DFL)- resistente, sem vazamento e encaixa perfeitamente na seringa carpule</p> <p>REPROVADA : PROCARE - a agulha quebra fácil , entortando quando da troca do tubete de anestésico</p>	50	CAIXA
162	19/4527 – 156	<p>Lima kerr 15 a 40 - 25 mm. cx. c/06 und</p> <p>APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório</p> <p>REPROVADAS : ANGELUS , SYBRONENDO KERR, D PERFECT , ALL PRIME, INJECTA , KERR - perde rapidamente o poder de corte</p>	30	CAIXA
163	19/4527 – 157	<p>Broca endo (Z) zekrya nº 152</p> <p>APROVADAS : DENTSPLY, KERR - alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil .</p> <p>ENDO Z da marca PRIMADENTAL esta APROVADA</p> <p>REPROVADA : D PERFECT, ANGELUS - frágil, oxida facilmente, possuem ponta mais robusta e não se tem um bom controle do corte.</p>	80	UNIDADE
164	19/4527 – 158	<p>Protetor facial odontológico leve confortável, dupla regulagem (cabeça e frontal) antiembaçante e esterelizado</p> <p>APROVADA : DX - não embaça, oferece melhor visão, super leve, sem distorção e sem manchas, melhor ajuste com o óculos, proteção contra raios UV.</p> <p>REPROVADA : PROTECTION - muito frágil</p>	100	UNIDADE
165	19/4527 – 159	<p>Lima kerr 15 a 40 21 mm. c/06 und</p> <p>APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório</p> <p>REPROVADAS : ANGELUS, SYBRONENDO - KERR , D PERFECT , ALL PRIME, INJECTA , KERR - perde rapidamente o poder de corte</p>	30	CAIXA
166	19/4527 – 160	<p>Saco plástico de 02 kg. (cor - transparente). pct. c/100 und.</p> <p>APROVADO : PLUMA - resistente e de boa qualidade , só serve se for de plástico</p>	1.000	CENTO
167	19/4527 – 161	<p>Rolamento p/ caneta ms 350</p> <p>APROVADO : KAVO - é compatível com as canetas de alta rotação</p>	50	PAR
168	19/4527 – 162	<p>"Pasta diamantada para polimento de resina (Seringa com a pasta já pronta de 03 gramas)."</p> <p>APROVADA: POLIGLOSS (TDV) - boa qualidade, excelente brilho das restaurações após o polimento.</p> <p>REPROVADA : MAQUIRA - muito viscoso</p>	80	UNIDADE
169	19/4527 – 163	<p>Resina de dentina (A1)</p> <p>APROVADAS : COLTENE, VIGODENT, MAQUIRA, LLIS</p>	100	UNIDADE

		(FGM) – fácil manipulação e de boa qualidade		
170	19/4527 – 164	Resina de dentina (A2) APROVADAS : COLTENE, VIGODENT, MAQUIRA, LLIS (FGM) - fácil manipulação e de boa qualidade REPROVADA : NATURAL SHADE - a resina resseca durante a espatulação , com o tempo endurece dentro da embalagem , a escala de cor é divergente .	100	UNIDADE
171	19/4527 – 165	Brocas diamantadas esféricas haste longa 1014 em aço inoxidável p/alta rotação APROVADAS : MICRODONT, KG SORENSEN - alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil . REPROVADAS : FAVA, CHAMPION - pouco uso, perde o corte.	200	UNIDADE
172	19/4527 – 166	Broca cirúrgica esférica nº 03 APROVADAS : KAVO BURS CARBIDE (é a mesma KAVO), MICRODONT, KERR - alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil . REPROVADA : D PERFECT - frágil, oxida facilmente	200	UNIDADE
173	19/4527 – 167	Broca cirúrgica zekrya - carbide conica longa 28 mm APROVADAS : PRIMA DENTAL, MICRODONT, ALL PRIME, KERR, ANGELUS - alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil . REPROVADA : D PERFECT - frágil, oxida facilmente	70	UNIDADE
174	19/4527 – 168	Resina filtec bulkfill flow APROVADAS : 3M , FGM - fácil manipulação e não escoar	40	UNIDADE
175	19/4527 – 170	Lençol de borracha para isolamento, cx. c/26 und APROVADAS : MADEITEX, ALL PRIME , QUIMIDROL , K DENT - são de látex natural, isentos de pó e alta resistência.	100	CAIXA

176	19/4527 – 171	Lima kerr 45-80 25mm. emb. c/ 06 und APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório REPROVADAS : ANGELUS, SYBRONENDO - KERR , D PERFECT , INJECTA , KERR - perde rapidamente o poder de corte	20	CAIXA
177	19/4527 – 172	Lima kerr 45-80 21mm. emb. c/06 und APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório REPROVADAS : ANGELUS, SYBRONENDO - KERR , D PERFECT , ALL PRIME, INJECTA , KERR - perde rapidamente o poder de corte	20	CAIXA
178	19/4527 – 173	Lima kerr 15-40 31mm. emb. c/06 und APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório REPROVADAS : ANGELUS , D PERFECT , ALL PRIME, INJECTA , KERR - perde rapidamente o poder de corte	10	CAIXA
179	19/4527 – 174	Lima kerr 45-80 31mm. emb. c/06 und APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório REPROVADAS : ANGELUS , D PERFECT , ALL PRIME, INJECTA , KERR - perde rapidamente o poder de corte	10	CAIXA
180	19/4527 – 175	Papel grau cirúrgico de 250 mm x 100 mm. APROVADAS : PACKGC, HOSPFLEX, LBMED, HARBO MEDICAL, ZERMATT - são todas de boa qualidade , garantindo a barreira bacteriológica necessária .	60	ROLO
181	19/4527 – 176	Fita p/ teste de glicemia on call plus cx c/ 50 tiras APROVADA : ON CALL PLUS - compatível com o glicosímetro utilizado REPROVADA : G-TECH - incompatível com o glicosímetro utilizado .	280	CAIXA

Alessandro da Câmara Batista
Gerente da unidade Sesc Saúde