


Sesc Saúde em 11/05/21 à CPL

Senhora Presidente da CPL,

Encaminho relatório com parecer dos iters de competência da Saúde Bucal para seu conhecimento e providências referente à concorrência SESC/MA n: 20/0006-CC.


Crysthian de Jesus Borges Pacheco
Odontólogo SESC/MA
Mat.: 2471
CRC/MA 4017




Presidente da CPL

**CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 20/0006-CC
REGISTRO DE PREÇOS**

PARECER TÉCNICO

Processo nº 20006-CC
Folha nº 1088
Rubrica

ITEM	USO INTERNO (Nº DA RCMS E ITEM)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	UNIDADE DE MEDIDA
01	20/3009 – 1	Kit descartável coleta de exame citopatológico tam. (m) composto por 01 espéculo vaginal descartável tamanho (m) modelo colins, 01 escova endocervical fios de nylon e haste plástica facetada, 01 espátula de ayre em madeira, 01 lâmina de vidro com extremidade fosca e 01 caixa p/ armazenamento de lâmina que contém o material citopatológico. FORA DE COMPETÊNCIA TÉCNICA DA SAÚDE BUCAL	1.000	KIT
02	20/3009 – 2	Kit descartável coleta de exame citopatológico tam. (p) composto por 01 espéculo vaginal descartável tam. (p) modelo colins, 01 escova endocervical fios de nylon e haste plástica facetada, 01 espátula de ayre em madeira, 01 lâmina de vidro com extremidade fosca e 01 caixa p/ armazenamento de lâmina que contém o material citopatológico. FORA DE COMPETÊNCIA TÉCNICA DA SAÚDE BUCAL	1.000	KIT
03	20/3009 – 4	Degermante Clorexidina 2% emb. c/01 litro. FORA DE COMPETÊNCIA TÉCNICA DA SAÚDE BUCAL	30	UNIDADE
04	20/3009 – 5	Lençol de papel descartável 70 cm x 50 m (rolo de 70 cm x 50 m) FORA DE COMPETÊNCIA TÉCNICA DA SAÚDE BUCAL	200	UNIDADE
05	20/3009 – 6	Avental de polipropileno descartável gram. 20 (pct. c/10 und.) FORA DE COMPETÊNCIA TÉCNICA DA SAÚDE BUCAL	200	PACOTE
06	20/3009 – 7	Fita Micropore de 25 mm x 10 m de comprimento, fita cirúrgica porosa superfície adesiva hipoalergênica FORA DE COMPETÊNCIA TÉCNICA DA SAÚDE BUCAL	200	UNIDADE
07	20/3009 – 8	Selante de sulcos e cicatriculas fotoativado APROVADAS : MAQUIRA - ótima consistência, escoamento, liberação de flúor e fácil aplicação . REPROVADA : ANGIE ANGELUS, BIODINÂMICA - a viscosidade não é muito boa.	15	CAIXA

Presidente: Eline dos Santos Ramos
Membro: Anais Oliveira Teixeira
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges

08	20/3009 – 10	Rolamento p/ contra ângulo ITEM NÃO COTADO	80	PAR
09	20/3009 – 11	Preservativo lubrificado masculino cx. c/144 und. APROVADA : BLOWTEX, RILEX, SEXFREE- Tem certificado de boas práticas de fabricação , são lubrificados e atendem as necessidades da atividade educação em saúde . REPROVADA : MADEITEX - não é lubrificado Obs : Não existe a marca BLOWTER da empresa 2 e sim BLOWTEX	200	CAIXA
10	20/3009 – 12	Película radiográfica adulto cx. c/150 und APROVADAS : AGFA HEALTHCARE , CARESTREAM - bom desempenho, durabilidade, qualidade da imagem muito boa , ótimo contraste, tempo de revelação e fixação muito bom .	33	CAIXA
11	20/3009 – 13	Fixador p/rx odontológico c/475 ml. ref. 156 2826 APROVADA : CARESTREAM, SS WHITE - melhor fixação , menos manchas e maior durabilidade . REPROVADAS : SELEKT KULZER - oxida rapidamente, durabilidade baixa	160	VIDRO
12	20/3009 – 14	Fita adesiva autoclave de 19 mm x 30 m. APROVADAS : SS PLUS, EUROCELL, MISSNER - bem colante e grossa , não descola no ciclo de esterilização .	280	ROLO
13	20/3009 – 15	Escova de robson APROVADA : MICRODONT - boa qualidade pra profilaxia dental. REPROVADA : PREVEN - difícil adaptação no contra ângulo, são duras, sem muita resistência.	250	UNIDADE
14	20/3009 – 16	Cureta de mccall nº 13-14 ponta aguda cr- 41 APROVADA : GOLGRAN - possui corte bilateral, favorecendo uma ótima raspagem . REPROVADAS : SIST.GRAMEHD - rápida oxidação	100	UNIDADE
15		Coletor perfuro cortante em plástico rígido translúcido c/descartador de agulhas na tampa, capacidade de 3 lt. APROVADAS : DESCARPACK, DESCARBOX, DESCARBOX PRIME, LABORIMPORT - boa qualidade , cumprindo bem a função		
16	20/3009 – 18	Lancetas descartável estéril ativada por contato agulha com 1,8mm profundidade. cx c/100 und. APROVADA : DESCARPACK, MEDLEVENSOHN - atende as necessidades de uso, são ativadas por contato e estão em conformidade para fins de aplicação da NR 32.	130	CAIXA

Presidente: Eline dos Santos Ramos
Membro: Anais Oliveira Teixeira
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges

17	20/3009 – 19	Ácido fosfórico em gel a 37% para condicionamento dental. Seringa de 2,5 ml embalagem com 3 seringas. APROVADAS : VILLEVIE, MAQUIRA - bom escoamento ,menos fluidez, viscosidade adequada, fácil aplicação e de forte ação anti bacteriana REPROVADAS : CAITHEC - precisa ficar na geladeira, porque escoo muito , dificultando o processo de ataque ácido .	200	UNIDADE
18	20/3009 – 20	Agulha gengival extra curta (15 x 0,30 mm.) de 30 g. cx. c/100 und. APROVADA : INJEX - resistente, sem vazamento e encaixa perfeitamente na seringa carpule REPROVADA : PROCARE - a agulha quebra fácil , entortando quando da troca do tubete de anestésico	80	CAIXA
19	20/3009 – 21	Luva de latex p/procedimento tam. (m) emb. c/100 und. (50 pares) APROVADAS : UNIGLOVES, DESCARPACK, SUPERMAX, MEDIX,SANRO - boa resistência, durabilidade e elasticidade . Obs : LUVA LATEX é o item , não a marca	570	CAIXA
20	20/3009 – 22	Luva de latex p/ procedimento tam. (p) emb. c/100 und. (50 pares) APROVADAS : UNIGLOVES,DESCARPACK, SUPERMAX , MEDIX, SANRO- boa resistência, durabilidade e elasticidade . Obs : LUVA LATEX é o item , não a marca	1.300	CAIXA
21	20/3009 – 23	Luva de latex p/procedimento tam. extra (p) emb. c/100 und. (50 pares) APROVADAS : UNIGLOVES, DESCARPACK, SUPERMAX, MEDIX , SANRO- boa resistência, durabilidade e elasticidade . Obs : LUVA LATEX é o item , não a marca	490	CAIXA
22	20/3009 – 24	Luvas estereis nº 7,0 APROVADAS : DESCARPACK, SUPERMAX, SURGICARE, NEW HAND boa qualidade, bem elásticas e não comprometem a resistência. REPROVADA : TOPPY - baixa elasticidade e resistência	400	PAR
23	20/3009 – 25	Luvas estereis nº 7,5 APROVADAS : DESCARPACK, SUPERMAX, SURGICARE, NEW HAND - boa qualidade, bem elásticas e não comprometem a resistência. REPROVADA : MADEITEX - baixa elasticidade e resistência	400	PAR

Presidente: Eline dos Santos Ramos
Membro: Analis Oliveira Teixeira
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges

24	20/3009 – 26	Luvras estereis nº 8,0 APROVADAS : DESCARPACK, SUPERMAX, SURGICARE, LEMGRUBER, NEW HAND - boa qualidade, bem elásticas e não comprometem a resistência. REPROVADA : DRAKKAR - baixa elasticidade e resistência	300	PAR
25	20/3009 – 27	Detergente enzimático p/ desincrustação e limpeza de instrumentos odontológicos. obs: garrações de 5 lt. APROVADAS : RIOQUÍMICA, CINORD, FORTISAN, GLUTACIN - ótima qualidade, excelente desinfecção	100	UNIDADE
26	20/3009 – 28	Líquido esterilizante sol. de glutaraldeído a 2% de 5 l. APROVADAS : RIOQUÍMICA, FORTISAN, CINORD - boa qualidade no processo de desinfecção.	45	UNIDADE
27	20/3009 – 29	Saco branco leitoso p/ lixo hospitalar capacidade p/ 100 lt pct c/ 100 und APROVADAS : DONAPACK, CARBOPLASTICO, BETAPLASTIC, MARCLEAN, ARAKEN, RAVA - de boa qualidade, práticos e resistentes	230	PACOTE
28	20/3009 – 30	Mandril metálico tipo pinça, utilizado p/ discos de polimento e acabamento, emb. c/1 und. APROVADAS : PREVEN, MICRODONT - fácil manuseio, resistente e de boa qualidade.	100	UNIDADE
29	20/3009 – 31	Armação plástica p/rx c/06 divisões em pvc cristal, material não tóxico APROVADAS : PREVEN, MAQUIRA - de fácil manuseio, resistente e de boa qualidade.	1.200	UNIDADE
30	20/3009 – 32	Cone de guta percha 15/40 cx. c/120 und APROVADA : DENTSPLY - são padronizados e já de uso na clínica. REPROVADAS : BOMA - não são padronizados.	40	CAIXA
31	20/3009 – 33	Cone de guta percha 45/80 cx. c/120 und APROVADA : DENTSPLY - são padronizados e já de uso na clínica. REPROVADAS : BOMA - não são padronizados.	40	CAIXA
32	20/3009 – 34	Ionômero de vidro fotopolimerizável p/ forramento vitrebond - kit completo APROVADA : VITREBOND 3M - facilidade de uso, bom tempo de trabalho, liberação inicial e contínua de flúor, excelente adesão dentina, radiopaco.	30	KIT

33	20/3009 – 35	Solução de dakin de 1 lt APROVADAS : IODONTOSUL - boa qualidade no processo de desinfecção dos canais radiculares	30	LITRO
34	20/3009 – 36	Solução de milton c/ 1 litro APROVADAS : IODONTOSUL - boa qualidade no processo de desinfecção dos canais radiculares	20	LITRO
35	20/3009 – 37	Verniz com flúor a 5% 30. - cx. c/10 ml. APROVADAS : SS WHITE , FGM - excelente qualidade e coadjuvante no tratamento da sensibilidade.	40	CAIXA
36	20/3009 – 38	Gase com 500 compressas (7,5 x 7,5 cm) c/08 cam. 05 dobras e 09 fios cm ² . APROVADAS : ULTRACOTTON, MB TEXTIL - boa absorção , não desfiar. REPROVADAS : MDA TEXTIL, BIO TEXTIL, MINASREY, ORTOFEN, NOBRE, V & E, AMERICA, KASMED - pouca absorção, facilidade de desfiar.	640	PACOTE
37	20/3009 – 39	Cunha de madeira cx. c/100 und. APROVADAS : PREVEN - boa qualidade, fácil adaptação da matriz REPROVADAS : IODONTOSUL, AAF DO BRASIL - espessa, dificultando a adaptação da matriz.	58	CAIXA
38	20/3009 – 40	Lima kerr 15 a 40 21 mm. c/06 und APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório REPROVADAS : ANGELUS , MAILLEFER, INJECTA - perde rapidamente o poder de corte	30	CAIXA
39	20/3009 – 41	Lima kerr 15 a 40 - 25 mm. cx. c/06 und APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório REPROVADAS : ANGELUS , MAILLEFER, INJECTA - perde rapidamente o poder de corte	30	CAIXA
40	20/3009 – 42	Rolamento p/ caneta ms 350 ITEM NÃO COTADO	66	PAR
41	20/3009 – 43	Pasta diamantada para polimento de resina (Seringa com a pasta já pronta de 03 gramas). APROVADA: DIAMOND R FGM - boa qualidade, excelente brilho das restaurações após o polimento.	84	UNIDADE

Presidente: Eilne dos Santos Ramos
 Membro: Analis Oliveira Teixeira
 Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges

		REPROVADA : MAQUIRA - muito viscoso		
42	20/3009 – 44	Broca cirúrgica esférica nº 03 APROVADAS : KAVO KERR - alto desempenho, eficiência do corte elevada e de longa vida útil. REPROVADA : ANGELUS - frágil, oxida facilmente	140	UNIDADE
43	20/3009 – 45	Lençol de borracha para isolamento, cx. c/26 und APROVADAS : MADEITEX, K DENT - são de látex natural, isentos de pó e alta resistência. REPROVADA : ANADONA - rasga com facilidade devido a baixa resistência.	200	CAIXA
44	20/3009 – 46	Lima kerr 45-80 25mm. emb. c/ 06 und APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório REPROVADAS : ANGELUS , MAILLEFER, INJECTA - perde rapidamente o poder de corte	20	CAIXA
45	20/3009 – 47	Lima kerr 45-80 21mm. emb. c/06 und APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório REPROVADAS : ANGELUS , MAILLEFER, INJECTA - perde rapidamente o poder de corte	20	CAIXA
46	20/3009 – 48	Lima kerr 15-40 31mm. emb. c/06 und APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório REPROVADAS : ANGELUS , MAILLEFER, INJECTA - perde rapidamente o poder de corte	10	CAIXA
47	20/3009 – 49	Lima kerr 45-80 31mm. emb. c/06 und APROVADA : DENTSPLY - apresenta corte satisfatório REPROVADAS : MAILLEFER, INJECTA - perde rapidamente o poder de corte	10	CAIXA
48	20/3009 – 50	Fita p/ teste de glicemia on call plus cx c/ 50 tiras APROVADA : ON CALL PLUS, ON CALL - compatível com o glicosímetro utilizado REPROVADA : ACON - incompatibilidade com o aparelho de glicemia utilizado na atividade.	100	CAIXA
49	20/3527 – 1	Alcool Gel 70% antisséptico 4,3 kg - Galão de 5 Litros APROVADA : START, ITAJÁ, START QUÍMICA, RIOQUÍMICA – aplicação em ambiente hospitalar com compatibilidade ao uso frequente nas mãos.	1.200	GALÃO

Presidente: Elie dos Santos Ramos
 Membro: Analis Oliveira Teixeira
 Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges

		REPROVADA : BECKER, MEGA QUÍMICA, FORTSAN, RICIE – baixo rendimento.		
50	20/3527-2	Jaleco avental em TNT impermeável desc. Manga longa, com elásticos no punho, com feiches na cintura e pescoço Tamanho único - Aprovado pela Anvisa e ABNT. Gramatura 40. APROVADA : DEXCAR PRODESC, DEXCAR, DESCARPACK, MEDIX – boa resistência e proteção ao usuário REPROVADA : TOPPY, FERRAZ, ANADONA, BEST FABRIL, SE COMERCIAL – baixa resistência.	37.640	UNIDADE
51	20/3527-3	Máscara PFF2/N95 Semifacial descartável sem válvula na cor branca, para uso hospitalar e Odontológico, com certificado de aprovação vigente. APROVADA : , KN95, BETANIAMED, 3M, KSN – eficiência já testada pelos usuários e registro na ANVISA. REPROVADA : WARNINGS, DRAKKAR, NUTRIEX, START QUÍMICA, DESCARPACK, PLASTCOR, HC 402 – uso prolongado causa desconforto ao usuário.	27.900	UNIDADE
52	20/3527-4	Propé sapatilha hospitalar TNT descartável com elástico proteção pacote com 100 Unidades. APROVADA : HNDESC, DESCARPACK, DEXCAR, MEDIX – boa resistência. REPROVADA : SAUDE HOSP, JARC, LUVA LATEX, ANADONA, DEJAMARO, BEST FRABRIL – baixa resistência.	753	PACOTE

Presidente: Eline dos Santos Ramos
 Membro: Anais Oliveira Teixeira
 Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges

ENC: SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO REFERENTE AO PROCESSO 20/0006-CC: "MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO"

Patricia Tereza Pereira Oliveira <poliveira@ma.sesc.com.br>

Qui, 13/05/2021 18:08

Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>

1 anexos (42 KB)

EXPEDIENTE INTERNO 012021 licitação parecer A.docx;

Boa tarde!

Segue Exp. Interno 01/2021 com Parecer Técnico da Coordenação sobre mapa de marcas Cotadas, **Processo 20/0006-CC**, item 01 à 06, referente a material utilizado pelo Projeto Sesc Saúde Mulher, conforme solicitado.

Att,

Paricia Oliveira



Presidente: Eline dos Santos Ramos
Membro: Anais Oliveira Teixeira
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges

De: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>

Enviado: terça-feira, 11 de maio de 2021 09:42

Para: Patricia Tereza Pereira Oliveira <poliveira@ma.sesc.com.br>

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO REFERENTE AO PROCESSO 20/0006-CC: "MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO"

Bom Dia!

Dra. Patrícia,

Segue, anexo, **Mapa de Marcas Cotadas**, referente ao **Processo 20/0006-CC: "Material médico hospitalar e odontológico"** para **Análise de Marcas e emissão de Parecer Técnico**.

Informamos que o parecer técnico deve emitido e encaminhado à Comissão de Licitação.

Por favor, acusar o recebimento deste e-mail.

Atc,
Comissão de Licitação
Sesc/MA



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MARANHÃO

PROCESSO Nº 20/0006CC
FOLHA Nº 1293
RUBRICA

EXPEDIENTE INTERNO

Data: 11/05/2021

Divisão: DPS

No. 01/2021

Assunto: Parecer Técnico – Itens 01 a 06 - CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 20/0006-CC
REGISTRO DE PREÇOS

De: Patricia Tereza Ribeiro Oliveira

Unidade: DPS/CAS

Para: Comissão Permanente de Licitação

Unidade: DAF/CPL

Considerando o envio via e-mail do mapa com cotações de produtos e marcas apresentadas pelas empresas participantes da Concorrência SESC/MA No.20/0006 – CC Registro de Preços SRP, cujo objeto é o “registro de preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalar e odontológico, a serem utilizados nas Unidades Operacionais do Sesc/MA, por um período de 8 (oito) meses”.

Segue abaixo parecer técnico que trata de apresentar justificativa para escolha das marcas cotadas que se adequam ao perfil/padrão de qualidade dos serviços ofertados pela instituição no que tange ao Projeto Sesc Saúde Mulher, compreendendo os itens 01 a 06 do referente processo. Conforme segue.

PARECER TÉCNICO: No. 01/2021 – CAS/DPS em 11/05/2021

CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 20/0006-CC REGISTRO DE PREÇOS

ITEM	USO INTERNO (Nº DA RCMS E ITEM)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	UNIDADE DE MEDIDA
01	20/3009 – 1	Kit descartável coleta de exame citopatológico tam. (m) composto por 01 espécio vaginal descartável tamanho (m) modelo colins, 01 escova endocervical fios de nylon e haste plástica facetada, 01 espátula de ayre em madeira, 01 lâmina de vidro com extremidade fosca e 01 caixa p/ armazenamento de lâmina que contém o material citopatológico.	1.000	KIT



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MARANHÃO

PROCESSO Nº 20/0006cc
FOLHA Nº 1292
RUBRICA Jde

		Continuação: ITEM 1 APROVADA: ADLIN – material de qualidade, resistente e adequado a coleta do citopatológico. REPROVADAS: VAGISPEC, CRAL E KOLPLAST – pouco resistente a pressão.		
02	20/3009 – 2	Kit descartável coleta de exame cipaológico tam. (p) composto por 01 espécúlo vaginal descartável tam. (p) modelo colins, 01 escova endocervical fios de nylon e haste plástica facetada, 01 espátula de ayre em madeira, 01 lâmina de vidro com extremidade fosca e 01 caixa p/ armazenamento de lâmina que contém o material citopatológico. APROVADA: ADLIN – material de qualidade, resistente e adequado a coleta do citopatológico. REPROVADAS: VAGISPEC, CRAL E KOLPLAST – pouco resistente a pressão.	1.000	KI T
03	20/3009 – 4	Degermante Clorexidina 2% emb. c/01 litro. APROVADA: RIOQUIMICA - produto indicado para a desinfecção de superfície, já usada pela equipe, não mancha o equipamento de mamografia. REPROVADAS: CRISTALIA, VICPHARMA - apresenta rápida evaporação e enodoa o acrílico do mamógrafo	30	UNIDAD E
04	20/3009 – 5	Lençol de papel descartável 70 cm x 50 m (rolo de 70 cm x50 m) APROVADAS: FIBRAPAPEIS e FIBRA - Textura adequada a cobertura/proteção de superfícies sem apresentar rugosidades e ranhuras. REPROVADAS: FIBRA IMPLACTA, FIBRA NOBRE PAPER, DESCARBOX/ DESCARBOX PRIME, TOPY MOD – folha com textura mais grossa, apresenta ranhuras.	200	UNIDAD E

Presidente: Eline dos Santos Ramos
Membro: Analis Oliveira Teixeira
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MARANHÃO

PROCESSO Nº 20/0006 CC
FOLHA Nº 1291
RUBRICA Solo

ITEM	USO INTERNO (Nº DA RCMS E ITEM)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	UNIDADE DE MEDIDA
05	20/3009 – 6	Avental de polipropileno descartável gram. 20 (pct. c/10und.) APROVADA: ANADONA - Gramatura e textura adequada, boa resistência para proteção das pacientes. REPROVADAS: DEXCAR, FERRAZ, BRAZ, BEST FABRIL, KOLPLAST JJR, SAUDE HOSP, HNDESK, AVENPAR, DRAKKAR - baixa resistência e proteção a paciente.	200	PACOTE
06	20/3009 – 7	Fita Micropore de 25 mm x 10 m de comprimento, fitacirúrgica porosa superfície adesiva hipoalergênica. APROVADA: MISSNER - boa adesividade, cobertura e resistência. REPROVADAS: WILTEX, MEDFIX – deixa resíduos de cola nas superfícies, pouca resistência.	200	UNIDADE

Nos disponibilizando para maiores esclarecimentos.

Att,

Patricia Tereza Ribeiro Oliveira
Coordenação de Assistência e Saúde – CAS/DPS

Presidente: Eline dos Santos Ramos
Membro: Anais Oliveira Teixeira
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges