

PREGÃO ELETRÔNICO SESC/MA Nº 0002/24-PG

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
Endereço eletrônico:
Dados Bancários:

DESCRIÇÃO DO ITEM

Lote/Item	Uso Interno (RC e item)	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Medida	Marca/Modelo	Valor Unitário R\$	Valor Total (R\$)
01	24227-1	"APARELHO RAIOS X ODONTOLÓGICO DE PÉ BIVOLTREDE220VOLTS AC CORRENTES DE USO5.5A (220V) MODELO 70 KV TEMPO DE EXPOSIÇÃO.....0.07 A 3 SEG. INTENSIDADE DE CORRENTE DO TUBO8 MA FOCO0.8 X 0.8 MM REGISTRO MS 80127670002 "	01	UNIDADE			
02	24227-2	"CADEIRA ODONTOLÓGICA COM 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS, CABEÇA ARTICULADA, BRAÇO FIXO, PEDAL JOYSTICK NA BASE, CAIXA DE CONEXÕES INCORPORADAS POR MANGUEIRAS, MOTORES INSENTOS DE ÓLEO COM EQUIPO ACOPLADO, UMA SERINGA TRÍPLICE , UM TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, UM TERMINAL DE BAIXA ROTAÇÃO , PEDAL PROGRESSIVO , BANDEJA EM INOX, SISTEMA ANTIRREFLUXO , VÁLVULA ANTIRRETENÇÃO, REFLETOR EM LED, UNIDADE AUXILIAR ATÉ TRÊS TERMINAIS, DOIS MOCHOS, JATO DE BICARBONATO ACOPLADO, ULTRASSOM ACOPLADO, FOTOPOLIMERIZADOR ACOPLADO, KIT CONEXÃO CAPÔ E SEGUNDO SUGADOR PARA BOMBA VÁCUO. VOLTAGEM: 220V".	01	UNIDADE			

03	24227-3	APARELHO DE LASER TERAPIA FOTODINAMICA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 90 – 240V DIMENSÃO APROXIMADA DA PEÇA DE MÃO: 21CM (A) X 3CM (L) X 5CM (P) BATERIA: LI-ÍON DIÂMETRO DA FIBRA: 600 UM COMPRIMENTO DE ONDA LASER VERMELHO: 660 NM ± 10 NM POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER VERMELHO: 100 MW ± 20% COMPRIMENTO DE ONDA LASER INFRAVERMELHO: 808 NM ± 10 NM POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER INFRAVERMELHO: 100 MW ± 20%	01	UNIDADE			
04	24227-4	AUTOCLAVE CAPACIDADE EM LITROS: 21 LITROS CAPACIDADE DA CÂMARA (VASO DE PRESSÃO): UTILIZANDO AS BANDEJAS: 12 ENVELOPES (10 X 23 CM). UTILIZANDO 1 SUPORTE: 13 ENVELOPES (10 X 23 CM). UTILIZANDO 2 SUPORTES: 26 ENVELOPES (10 X 23 CM). PESO MÁXIMO (INSTRUMENTAL EMBALADO E DESEMBALADO): 2,1 KG. PESO MÁXIMO (ALGODÃO, TECIDOS): 1,0 KG. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DA AUTOCLAVE: 38 X 38 X 59 CM (L X A X P). DIMENSÕES DA CÂMARA: 24,6 X 45,2 CM (D X P). PESO BRUTO: 25,5 KG. POTÊNCIA: 1.600 WATTS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. COM REGISTRO INMETRO E REGISTRO ANVISA. VOLTAGEM: 220V	01	UNIDADE			
05	24227-5	DESTILADOR DE AGUAVOLTAGEM: 220 V (BIVOLT AUTOMÁTICO); TEMPO APROXIMADO PARA DESTILAR 150 ML DE ÁGUA: 19 MINUTOS. TEMPO APROXIMADO PARA DESTILAR 300 ML DE ÁGUA: 37 MINUTOS. REGISTRO ANVISA.	01	UNIDADE			
06	24227-6	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO MOTOCOMPRESSOR ESTACIONÁRIO ISENTO DE ÓLEO 80 A 120PSI 1,0 CV 4 POLOS 60HZ MONOFÁSICO 220VOLTS.	01	UNIDADE			
07	24227-7	"FOTOPOLIMERIZADOR TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 - 220V AC, 50-60HZ. INDICADOR DE TEMPO: BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDOS. BATERIA: ION-LÍTIO CAPACIDADE DE 2200MAH. INCLINAÇÃO EXCLUSIVA DE 25º DA PEÇA DE MÃO EM RELAÇÃO À PONTEIRA POSSIBILITA LUMINOSIDADE UNIFORME AO MANTER A FACE DA PONTEIRA PARALELA AO DENTE. PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL GIRO DA PONTEIRA DE 360º. MATERIAL DA BASE DO CARREGADOR ABS - ASA COM UV. "	02	UNIDADE			
08	24420-1	SELADORA VOLTAGEM: 220 V (BIVOLT AUTOMÁTICO); ACEITA ROLOS DE ATÉ 30 CM. REGULAGEM AUTOMÁTICA DA TEMPERATURA.	01	UNIDADE			

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Deverá apresentar **os preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, devendo conter no máximo, 02 (duas) casas decimais**, incluindo, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas em geral e demais condições de que sejam devidas em decorrência, direta e indireta, do fornecimento do objeto desta licitação.
- 2 – Deverá ser apresentada a **MARCA/MODELO** dos equipamentos ofertados.
- 3 – Deverá ser informada a garantia de fábrica mínima de **12 (doze) meses**. Não sendo indicada garantia mínima na proposta fica subentendido como de **12 (doze) meses**, cujo prazo começará a contar a partir da data de recebimento definitivo pela CONTRATANTE.
- 4 - Deverá conter o prazo de entrega, sendo o máximo permitido, de **60 (sessenta) dias úteis**, a contar da data de recebimento do Pedido para Fornecimento. Não sendo indicado o prazo de entrega na proposta, fica subentendido como de **60 (sessenta) dias úteis**.
- 5 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de abertura do Pregão (SUBITEM 9.1). Não sendo indicado o prazo de validade fica subentendido como de 180 (cento e oitenta) dias.
- 6 - Deverá ser apresentada, anexo à proposta de preços, a **CATÁLOGOS/FICHA TÉCNICA dos equipamentos cotados**. A ficha deverá estar identificada com a razão social da empresa licitante.
- 7 - A ficha técnica deve referir-se à marca e ao modelo apresentado na proposta de preços, e conter as características básicas exigidas no **ANEXO I**.
- 8 - Os lances apresentados deverão referir-se ao **valor UNITÁRIO do ITEM**.
- 9 - A entrega dos equipamentos deverá ser realizada em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 07 às 11h e das 13 às 17h, na Unidade Operacional Sesc Saúde, situada na Rua do Sol, 616, Centro, CEP: 65020-590 – São Luís – MA.
- 10- Os produtos deverão estar de acordo com os critérios definidos pela Associação de Normas Técnicas - ABNT, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei Federal nº 8.078).