

## ESCLARECIMENTO E NOVA DATA DE ABERTURA

### **PREGÃO ELETRÔNICO SESC/MA Nº 0002/24-PG**

**Objeto:** Aquisição e instalação de equipamentos de odontologia para ampliação e modernização das Clínicas Odontológicas do Sesc/MA, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.

O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, **entidade de direito privado**, sem fins lucrativos, através da Comissão Permanente de Licitações – CPL comunica aos interessados que a empresa **COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS**, solicitou esclarecimento quanto a descrição complementar do item **06** (*compressor de ar odontológico motocompressor estacionário isento de óleo 80 a 120psi 1,0 cv 4 polos 60 hz monofásico 220 volts*) do edital, pois o descritivo do termo de referência não informa as características técnicas que o equipamento deve possuir, como: capacidade do tanque (em litros), fluxo de ar (vazão) em (PCM ou L/min) e nível de ruído (em db).

Mediante solicitação, e considerando a necessidade de análise técnica, a Comissão de Licitação encaminhou o pedido ao cirurgião dentista da Unidade Sesc Saúde-MA, para análise e emissão de parecer técnico, sendo informado que: Deslocamento Teórico seria de: 5pcm (pés cúbicos por minuto) ou 141 l/m (litros por minuto); Tensão: 220V, Monofásico; Pressão de Operação: Mínima: 80 Libras ou 5.5 Bar, Máxima: 120 Libras ou 8.3 Bar; Número de Pistões: 2; Potência: 1HP ou 0,75 kW, Volume do Reservatório: 30 litros e Nível de Ruído: 69 decibéis (DB).

Assim, o item 06, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, sofreu retificação em sua **DESCRIÇÃO** no ANEXO I, de acordo com o que segue:

ITEM	ONDE SE LÊ	LEIA-SE
06	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO MOTOCOMPRESSOR ESTACIONÁRIO ISENTO DE ÓLEO 80 A 120 PSI 1,0 CV 4 POLOS 60 HZ MONOFÁSICO 220 VOLTS.	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO MOTOCOMPRESSOR ESTACIONÁRIO ISENTO DE ÓLEO 80 A 120 PSI 1,0 CV 4 POLOS 60 HZ MONOFÁSICO 220 VOLTS. <b>ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:</b> <b>DESLOCAMENTO TEÓRICO:</b> 5PCM (PÉS CÚBICOS POR MINUTO) OU 141 L/M (LITROS POR MINUTO), <b>TENSÃO:</b> 220V, <b>MONOFÁSICO</b> , <b>PRESSÃO DE OPERAÇÃO:</b> MÍNIMA: 80 LIBRAS OU 5.5 BAR, MÁXIMA: 120 LIBRAS OU 8.3 BAR, <b>NÚMERO DE PISTÕES:</b> 2, <b>POTÊNCIA:</b> 1HP OU 0,75 KW, <b>VOLUME DO RESERVATÓRIO:</b> 30 LITROS E <b>NÍVEL DE RUÍDO:</b> 69 DECIBÉIS (DB).

Considerando a retificação, a Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que a nova data de abertura para o limite acolhimento de propostas, abertura das propostas, além da data e hora da disputa foram alteradas, conforme especificado abaixo:

- ✓ **LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:** Até às 14h (catorze horas) do dia 04 de abril de 2024.
- ✓ **ABERTURA DAS PROPOSTAS:** Às 14h (catorze horas) do dia 04 de abril de 2024.
- ✓ **DATA E A HORA DA DISPUTA:** Às 14h30 (catorze horas e trinta minutos) do dia 04 de abril de 2024.

São Luís-MA, 26 de março de 2024.

**Eline dos Santos Ramos**  
Pregoeira e Coordenadora da CPL