

MAPA DE MARCAS PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER - PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO 0002/24 - PG: aquisição e instalação de equipamentos de odontologia

Crysthian de Jesus Borges Pacheco <cpacheco@ma.sesc.com.br>

Qua, 24/07/2024 08:54

Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>

Cc: Alessandro da Camara Batista <abatista@ma.sesc.com.br>

Bom dia,

Encaminho no corpo do email parecer técnico referente a **aquisição e instalação de equipamentos de odontologia para ampliação e modernização das Clínicas Odontológicas do Sesc/MA - PREGÃO ELETRÔNICO SESC/MA Nº 0002/24-PG.**

ITEM 2 – CADEIRA ODONTOLÓGICA

Após uma avaliação detalhada da cadeira odontológica da marca D700, venho por meio deste emitir parecer técnico contrário à sua aquisição. Consultas realizadas com outros profissionais que utilizam a cadeira D700 e técnicos em manutenção de equipamentos odontológicos, apontam uma insatisfação recorrente quanto à funcionalidade e durabilidade do equipamento. o que afeta negativamente a percepção de qualidade do atendimento prestado. A cadeira odontológica D700 não atende aos critérios de qualidade, durabilidade, ergonomia e custo-benefício necessários para a rotina de nossa clínica odontológica.

ITEM 4 – AUTOCLAVE 21LTS

Após uma avaliação detalhada da autoclave 21 litros da marca AUTOCLAVE ALT/21 LITROS ANALÓGICA, venho por meio deste emitir parecer técnico contrário à sua aquisição. A seguir, apresento as justificativas técnicas para a reprovação do referido equipamento:

A rotina de trabalho da clínica odontológica do SESC/MA é caracterizada por uma alta demanda de esterilização devido ao grande volume de procedimentos realizados diariamente. AUTOCLAVE ALT/21 LITROS ANALÓGICA não apresenta a robustez e confiabilidade necessárias para suportar esta carga de trabalho intensa. Relatórios de desempenho indicam que o equipamento pode falhar sob uso contínuo e pesado, o que não é compatível com as necessidades da nossa clínica.

ITEM 6 – COMPRESSOR ODONTOLÓGICO

Após a análise detalhada do compressor odontológico da marca MOTOMIL/CMS-5,0/24L, apresento este parecer técnico favorável à sua aquisição para uso na clínica odontológica do SESC/MA.

O compressor odontológico MOTOMIL/CMS-5,0/24L atende plenamente aos critérios de qualidade, eficiência, durabilidade e custo-benefício necessários para a rotina de nossa clínica odontológica.

Atenciosamente,



Crysthian De Jesus Borges Pacheco
PAS Cirurgião Dentista| Matrícula: 02471
SAUDE - SAUDE BUCAL - CLÍNICA