



Outlook

RE: SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DAS MARCAS OFERTADAS NO PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/MA Nº 0019/24-PG-SRP: "EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS".

De Crysthian de Jesus Borges Pacheco <cpacheco@ma.sesc.com.br>

Data Ter, 07/01/2025 10:28

Para Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>; Alessandro da Camara Batista <abatista@ma.sesc.com.br>

Bom dia,

Encaminho no corpo do e-mail parecer técnico referente **aquisição de Equipamentos Odontológicos para atender as demandas do Sesc Saúde, pelo período de 12 meses - PREGÃO ELETRÔNICO SESC/MA Nº 0019/24-PG.**

ITEM 1 – CADEIRA ODONTOLÓGICA

Após uma avaliação detalhada da cadeira odontológica da marca DENTEMED, venho por meio deste emitir parecer técnico contrário à sua aquisição. A seguir, apresento as justificativas técnicas para a reprovação do referido equipamento:

A rotina de atendimento em nossa clínica odontológica é caracterizada por uma alta demanda de pacientes, o que resulta em uma utilização intensiva e constante dos equipamentos. Equipamentos adquiridos anteriormente desta marca apresentaram sinais de desgaste prematuros e falhas recorrentes, comprometendo a eficiência dos atendimentos e a segurança dos pacientes.

O histórico de manutenção das cadeiras odontológicas DENTEMED evidencia uma frequência elevada de intervenções técnicas e substituição de peças, resultando em custos adicionais não previstos inicialmente. A necessidade constante de manutenção provoca interrupções nos atendimentos, atrasos na agenda e insatisfação tanto dos profissionais quanto dos pacientes. Considerando o custo total de propriedade, incluindo aquisições, manutenção e tempo de inatividade, a relação custo-benefício da cadeira DENTEMED é desfavorável.

Consultas com outros profissionais que utilizam equipamentos DENTEMED revelam uma insatisfação generalizada quanto à qualidade e durabilidade dos produtos. As análises de falhas mecânicas, desgaste rápido dos componentes e dificuldade de obter peças de reposição de forma rápida e eficiente.

ITEM 2 - CAMERA INTRA-ORAL

A análise técnica da documentação e das especificações do equipamento constatou que a câmera intraoral marca SkyCam atende aos requisitos estabelecidos no edital do pregão. As características técnicas do produto incluem:

- **Alta resolução** para captação de imagens detalhadas, facilitando diagnósticos precisos;
- **Interface ergonômica e intuitiva**, ideal para uso diário por profissionais de saúde;
- **Compatibilidade** com os sistemas de gestão odontológica utilizados na instituição;
- **Garantia e suporte técnico** disponíveis no Brasil, garantindo assistência eficiente em caso de manutenção.

A aquisição desse equipamento contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade do atendimento e o registro de casos clínicos, portanto recomenda-se a aquisição.

ITEM 3 - MONITOR POLEGADAS: 23,8POL

Com base na análise das especificações técnicas apresentadas, o monitor de 23,8 polegadas atende integralmente às necessidades da Unidade Sesc Saúde. Entre os critérios avaliados, destacam-se:

1. **Resolução e qualidade de imagem:** Full HD (1920x1080), proporcionando nitidez e detalhes para tarefas variadas;
2. **Conexões modernas:** Compatibilidade com portas HDMI, VGA ou DisplayPort, permitindo integração com os dispositivos já existentes na instituição;
3. **Design ergonômico:** Opções de ajuste de inclinação ou base estável, garantindo conforto no uso diário;
4. **Eficiência energética:** Certificações de consumo eficiente, contribuindo para a sustentabilidade.

A escolha do modelo é compatível com as especificações previstas do pregão e está em conformidade com os padrões de mercado, portanto recomenda-se a aquisição.

ITEM 4 - FOTOPOLIMERIZADOR LED

Após análise das especificações técnicas apresentadas, verifica-se que o equipamento atende aos requisitos estabelecidos. Os critérios avaliados incluem:

1. Intensidade luminosa: Alta potência para polimerização eficiente;
2. Comprimento de onda: Faixa ideal para materiais odontológicos fotossensíveis;
3. Ergonomia e design: Formato leve e fácil de manusear, com autonomia adequada para uso clínico contínuo;
4. Durabilidade: Tecnologia LED de longa vida útil, reduzindo custos de manutenção;
5. Segurança: Certificação de conformidade técnica, atendendo às normas regulamentadoras.

O equipamento é compatível com as necessidades clínicas da instituição, sendo essencial para a qualidade dos serviços prestados, portanto recomenda-se a aquisição.

Atenciosamente,



Crysthian De Jesus Borges Pacheco
PAS Cirurgião Dentista | Matrícula: 02471
SAUDE - SAUDE BUCAL - CLÍNICA

De: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>

Enviado: sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 16:46

Para: Alessandro da Camara Batista <abatista@ma.sesc.com.br>

Cc: Crysthian de Jesus Borges Pacheco <cpacheco@ma.sesc.com.br>

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DAS MARCAS OFERTADAS NO PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/MA Nº 0019/24-PG-SRP: "EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS".

Boa Tarde!

Dr. Alessandro, Gerente da Unidade Operacional Sesc Saúde

Segue, em anexo, **Expediente Interno, ANEXO I, Mapa de Marcas, Propostas de Preços e Catálogos/Fichas técnicas**, solicitando parecer das marcas ofertadas para os **lotes/itens: 01, 02, 03 e 04** do **PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/MA Nº 0019/24-PG** cujo objeto é a **"Aquisição de Equipamentos Odontológicos para atender as demandas do Sesc Saúde, pelo período de 12 meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos."**

Atc,



Comissão Permanente de Licitações – CPL

End.: Condomínio Fecomércio/Sesc/Senac – Edifício Francisco
Guimarães e Souza, Av. dos Holandeses, S/N, Quadra 24 – Jardim
Renascença II – CEP: 65075-650 – São Luís – MA.

Contatos: (98) 3215-1513/3215-1514/3215-1577

e-mail: cpl@ma.sesc.com.br