

PREGÃO ELETRÔNICO SRP SESC/MA Nº 0025/25-PG
LICITAÇÃO BB Nº 1075567
ANEXO I

DESCRIÇÃO DOS ITENS

Lote/ Item	Uso Interno (RC e item)	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Medida
01	056573-1	CAMERA INTRA ORAL Câmera intra-oral slim 02 capas de câmera autoclavável Pedal sem fio para captura de imagens Incluso Braço articulado Air mouse Software com Conexão wi-fi, Entretenimento (Netflix, Spotify, YouTube, navegar web), acesso E-mail, Cadastro de profissionais, Cadastro de pacientes, Pesquisa de pacientes listada, ficha do paciente com foto de perfil, Prontuário digital, individual e organizado por datas de consulta, Captura com ou sem odontograma, Modo editar (para anotações importantes durante os procedimentos), Modo visualizar imagens, Compara até 4 imagens de uma vez. Tensão: bivolt.	4	UNIDADE
02	056573-2	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA Dimensões sem gabinete: - Comprimento: 27,5cm. - Largura: 30cm. - Altura: 35cm. * Dimensões com gabinete: - Comprimento: 30,2cm. - Largura: 32,7cm. - Altura: 37,1cm. * Peso Líquido sem gabinete: 20,3 Kg. * Peso Líquido com gabinete: 24,10 Kg. * Peso Bruto c/ Embalagem: 21,40 Kg. * Comando de acionamento: Eletrônico. * Vácuo Máximo: 720 mmHg/28,19 inHg. * Motor (potência): 1,5 Hp. * Rotações do motor (r.p.m.): 2870-50Hz / 3450-60Hz. * Alimentação: Bivolt 127V / 220V. * Para até 07 consultórios odontológicos.	4	UNIDADE
03	056573-3	AUTOCLAVE Capacidade em litros: 21 litros capacidade da câmara (vaso de pressão): utilizando as bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm). Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm). Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm). Peso máximo (instrumental embalado e desembrado): 2,1 kg. Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 kg. Dimensões externas da autoclave: 38 x 38 x 59 cm (l x a x p). Dimensões da câmara: 24,6 x 45,2 cm (d x p). Peso bruto: 25,5 kg. Potência: 1.600 watts. Frequência: 50/60 hz. Voltagem: bivolt. Com registro inmetro e registro anvisa	2	UNIDADE

04	056573-4	FOTOPOLIMERIZADOR Potência de luz: 1000 a 3200 mw/cm ² ; tipo de lâmpada: led; comprimento de onda de luz: 395nm a 480nm; tensão de alimentação da base carregadora: bivolt automático 100~240v ac; Peso do produto aproximado: 190g (com bateria).	6	UNIDADE
05	056573-5	APARELHO DE LASER Tensão de alimentação: 90 – 240v dimensão da peça de mão: 21cm (a) x 3cm (l) x 5cm (p) bateria: li-íon diâmetro da fibra: 600 um comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm potência útil emissor laser vermelho: 100 mw ± 20% comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm potência útil emissor laser infravermelho: 100 mw ± 20%	3	UNIDADE
06	056573-6	DESTILADOR DE AGUA Voltagem: 220 v (bivolt automático); tempo para destilar 150 ml de água: 19 minutos. Tempo para destilar 300 ml de água: 37 minutos. Registro ANVISA.	1	UNIDADE
07	056573-7	MACA HOSPITALAR EM AÇO *Estrutura dos Pês: Aço Tubular 1.1/4 p1.5 *Estrutura do estofado: MDF 15 mm *Medidas Montada: 180 cm x 60 x 80 cm - (C X L X A): *Densidade: D-28 *Revestimento: Corino Cipatex *Capacidade de Carga Estática: 250 kg *Peso do Produto: 33,05 Kg *Peso do Produto com Embalagem: 36,05 Kg *Cor: Branco ou azul	1	UNIDADE
08	056573-8	MONITOR DE SINAIS VITAIS Medição de SpO ₂ ; Tela LCD 320x240 ; Comunicação bidirecional com Central de Monitoramento; Revisão de 100 horas de dados de tendência; Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, índice de perfusão, etc.; Peso aproximado: 2.4kg; Autonomia de bateria de até 21 horas; Wireless Impressora integrada Tensão:Bivolt	1	UNIDADE
09	056573-9	SELADORA Seladora térmica eletrônica com ciclo contínuo e temperatura constante. A lâmina de corte integrada e a alavanca de selamento frontal. Banda de selamento de 12mm. Largura da área de selamento de 31cm. Dimensões aproximadas (LxHxP): 43x21,5x43,2cm. Peso aproximado: 7,1Kg. Voltagem: 200-240V (50/60Hz). Potência absorvida: 100W.	1	UNIDADE

10	062075-1	MOTOR ENDODONTICO Bivolt. * funciona ligado à fonte ou à bateria. * 6 programas pré-definidos (wave one, protaper universal, protaper next, pathfile, reciproc e gates) e 7 programas livres. * contra-ângulo com cabeça pequena que permite melhor visibilidade no acesso. * contra-ângulo com possibilidade de ajuste em 6 posições diferentes. * bateria com autonomia de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5 horas. * tela de lcd colorida. * acionamento manual na peça de mão que não necessita de pedal. * design ergonômico da tela e do teclado * apresenta opção auto reverso. * garantia para o contra-ângulo e bateria: 1 ano. * escala de velocidade: entre 250 e 1.200 rpm. * escala de controle de torques: entre 0.6 e 4.0 ncm. * dispositivo de acordo com a diretiva dos dispositivos médicos 93/42/eec. * dimensões aproximadas : l107 x p196 x a107 mm. * peso aproximado: 580 g.	1	UNIDADE
----	----------	--	---	---------

OBSERVAÇÕES:

1 - Deverá apresentar **os preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, devendo conter no máximo, 02 (duas) casas decimais**, incluindo, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, fretes, despesas diretas e indiretas em geral e demais condições de que sejam devidas em decorrência, direta e indireta, do fornecimento do objeto desta licitação.

2 – Deverá ser apresentada a **MARCA/MODELO** dos equipamentos ofertados e a rede de assistência técnica.

3- Deverá ser apresentada, anexo à proposta de preços, a **CATÁLOGOS/FICHA TÉCNICA dos equipamentos**. A ficha deverá está Identificada com o item e a razão social da empresa.

4 - A ficha técnica deve referir-se à marca e ao modelo apresentado na proposta de preços, e conter as características básicas exigidas no **ANEXO I**.

5 - Deverá ser informada a **garantia mínima de 12 (doze) meses**, contados da data do recebimento definitivo pela CONTRATANTE, contra defeitos e vícios, sejam eles aparentes ou ocultos, na fabricação, o que inclui também o reparo e reposição de peças e acessórios, sem qualquer ônus ao Sesc Maranhão. Não sendo indicada garantia mínima na proposta fica subentendido como de 12 (doze) meses.

6 - Deverá conter o prazo de entrega, sendo o máximo permitido, de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data de recebimento do Pedido para Fornecimento. Não sendo indicado o prazo de entrega na proposta, fica subentendido como de 30 (trinta) dias úteis.

7 - A validade da proposta não poderá ser inferior a **180 (cento e oitenta) dias** a contar da data de abertura do Pregão (SUBITEM 9.1). Não sendo indicado o prazo de validade fica subentendido como de **180 (cento e oitenta) dias**.

8 - Os lances apresentados deverão referir-se **ao valor unitário por item**.

9 - A entrega e instalação dos equipamentos deverá ser realizada em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 07 às 11h e das 13 às 17h, na Unidade Operacional Sesc Saúde, situada na

Rua do Sol, 616, Centro, CEP: 65020-590 – São Luís – MA.

10- Os produtos deverão estar de acordo com os critérios definidos pela Associação de Normas Técnicas - ABNT, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei Federal nº 8.078).