

**RE: Solicitação de Análise e Parecer técnico ao Pregão eletrônico SRP Sesc 0025/25-PG - "Aquisição de Equipamentos Odontológicos"**

De Crysthian de Jesus Borges Pacheco <cpacheco@ma.sesc.com.br>

Data Qui, 2025-09-25 09:24

Para Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>

Bom dia,

Encaminho no corpo do e-mail parecer técnico referente **aquisição de Equipamentos Odontológicos para atender as demandas do Sesc Saúde, pelo período de 12 meses - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Sesc 0025/25-PG.**

ITENS 2, 3 E 10 – BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA, AUTOCLAVE E MOTOR ENDODONTICO RESPECTIVAMENTE

Após uma avaliação detalhada dos itens acima da marca ALT, venho por meio deste emitir parecer técnico contrário à sua aquisição. A seguir, apresento as justificativas técnicas para a reprovação do referido equipamento:

A rotina de atendimento em nossa clínica odontológica é caracterizada por uma alta demanda de pacientes, o que resulta em uma utilização intensiva e constante dos equipamentos. Equipamentos adquiridos anteriormente desta marca apresentaram sinais de desgaste prematuros e falhas recorrentes, comprometendo a eficiência dos atendimentos e a segurança dos pacientes.

O histórico de manutenção destes equipamentos da ALT evidencia uma frequência elevada de intervenções técnicas e substituição de peças, resultando em custos adicionais não previstos inicialmente. A necessidade constante de manutenção provoca interrupções nos atendimentos, atrasos na agenda e insatisfação tanto dos profissionais quanto dos pacientes. Considerando o custo total de propriedade, incluindo aquisições, manutenção e tempo de inatividade, a relação custo-benefício é desfavorável.

Consultas com outros profissionais que utilizam equipamentos ALT revelam uma insatisfação generalizada quanto à qualidade e durabilidade dos produtos. As análises de falhas mecânicas, desgaste rápido dos componentes e dificuldade de obter peças de reposição de forma rápida e eficiente.

ITEM 4 - FOTOPOLIMERIZADOR

A análise técnica da documentação e das especificações do equipamento constatou que o fotopolimerizador da marca SCHUSTER/EMITTER G não atende a rotina de atendimento em nossa clínica odontológica que é caracterizada por uma alta demanda de pacientes. Equipamentos adquiridos anteriormente desta marca apresentaram sinais de desgaste prematuros e falhas recorrentes, portanto recomenda-se a reprovação da marca.

Presidenta: Eline dos Santos Ramos
Membro: Analis Oliveira Teboultra
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges

ITEM 5 – APARELHO DE LASER

Após análise minuciosa do aparelho de laser duo da marca MMOPTICS, venho por meio deste emitir um parecer técnico favorável à sua aprovação para uso na clínica odontológica do SESC/MA.

O aparelho de laser Duo da MMOPTICS oferece uma combinação de lasers de baixa e alta potência, proporcionando uma ampla gama de aplicações terapêuticas. Os estudos clínicos revisados demonstraram sua eficácia em procedimentos como biópsias, desinfecção de canais radiculares, tratamentos periodontais, e alívio da dor pós-operatória.

A escolha do modelo é compatível com as especificações previstas do pregão e está em conformidade com os padrões de mercado, portanto recomenda-se a aquisição.

ITEM 7 - MACA HOSPITALAR EM AÇO

Após análise das especificações técnicas da marca **MEDICAL COMPANY**, verifica-se que o equipamento atende aos requisitos estabelecidos .

O equipamento é compatível com as necessidades clínicas da instituição, sendo essencial para a qualidade dos serviços prestados, portanto recomenda-se a aquisição.

ITEM 8 - MONITOR DE SINAIS VITAIS

Após análise das especificações técnicas da marca **BIOLIGHT M12**, verifica-se que o equipamento atende aos requisitos estabelecidos .

O equipamento é compatível com as necessidades clínicas da instituição, sendo essencial para a qualidade dos serviços prestados, portanto recomenda-se a aquisição.

ITEM 9 - SELADORA

Recomendo pela reprovação por falta de informações técnicas completas enviadas, solicitadas de no ANEXO I, tais quais: Dimensões aproximadas (LxHxP), Peso aproximado e Potência absorvida: 100W.

Atenciosamente,



Crysthian De Jesus Borges Pacheco
PAS Cirurgião Dentista| Matrícula: 02471
SAUDE - SAUDE BUCAL - CLÍNICA

De: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>

Enviado: segunda-feira, 22 de setembro de 2025 15:07

Para: Crysthian de Jesus Borges Pacheco <cpacheco@ma.sesc.com.br>

Assunto: Solicitação de Análise e Parecer técnico ao Pregão eletrônico SRP Sesc 0025/25-PG - "Aquisição de Equipamentos Odontológicos"

Boa Tarde !

Encaminhamos em anexo expediente interno, ANEXO I, catálogos e mapa de marcas, referente ao Pregão Eletrônico SRP Sesc/MA nº 0025/25-PG: **registro de preços para eventual aquisição e**

instalação de equipamentos médicos-hospitalares e odontológicos para ampliação e modernização das clínicas odontológicas do Sesc Maranhão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.

Favor confirmar o recebimento.

PROCESSO Nº 0025/25-26
FOLHA Nº 1
RUBRICA

Atenciosamente,



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL

 cpl@ma.sesc.com.br

 (98) 3215-1513 / 1514 / 1577

 www.sescma.com.br

 Av. dos Holandeses, Qd 24, SN
Jardim Renascença II, São Luís - MA

Presidenta: Eline dos Santos Ramos
Membro: Analis Oliveira Teófilo
Membro: Sandra Regine Gonçalves Borges



Solicitação de Análise e Parecer técnico ao Pregão eletrônico SRP Sesc 0025/25-PG - "Aquisição de Equipamentos Odontológicos"

De Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>

Data Seg, 2025-09-22 15:07

Para Crysthian de Jesus Borges Pacheco <cpacheco@ma.sesc.com.br>

9 anexos (8 MB)

CATÁLOGO EMPRESA 01.zip; CATÁLOGO EMPRESA 02.zip; CATÁLOGO EMPRESA 03.zip; CATÁLOGOS EMPRESA 04.zip; CATÁLOGO EMPRESA 05.zip; CATÁLOGO EMPRESA 06.zip; 3_ANEXO_I.docx; MAPA DE MARCAS_0025_25_PG_SRP_PARA ANÁLISE TÉCNICA.xls; 185_Expediente_Interno_-_PARECER_TECNICO_equipamentos_odontologicos_0025_25_PG__assinado.pdf;

Boa Tarde !

Encaminhamos em anexo expediente interno, ANEXO I, catálogos e mapa de marcas, referente ao Pregão Eletrônico SRP Sesc/MA nº 0025/25-PG: **registro de preços para eventual aquisição e instalação de equipamentos médicos-hospitalares e odontológicos para ampliação e modernização das clínicas odontológicas do Sesc Maranhão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.**

Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente,



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL

cpl@ma.sesc.com.br

(98) 3215-1513 / 1514 / 1577

www.sescma.com.br

Av. dos Holandeses, Qd 24, SN
Jardim Renascença II, São Luís - MA

Presidente: Eline dos Santos Ramos
Membro: Anais Oliveira Teixeira
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges

EXPEDIENTE INTERNO**Data:** 22/09/2025.**Divisão:** DAF.**Nº** 185/2025.**Assunto:** Solicitação de análise e emissão de parecer técnico referente ao Pregão eletrônico 0025/25-PG SRP.**De:** Eline dos Santos Ramos**Unidade:** Sesc Administração/CPL**Para:** Crysthian de Jesus Borges Pacheco**Unidade:** Sesc Saúde

Sr. Odontólogo,

A Comissão Permanente de Licitação vem solicitar análise das marcas e modelos cotados e emissão de parecer técnico referente aos lotes 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 e 10, apresentados pelas empresas arrematantes, participantes do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP SESC/MA Nº 0025/25-PG**, cujo objeto é o "*Registro de preços para eventual aquisição e instalação de equipamentos médicos-hospitalares e odontológicos para ampliação e modernização das clínicas odontológicas do Sesc Maranhão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos*". Solicitamos, que o parecer técnico indique, por lote, as marcas aprovadas e reprovadas, com os respectivos motivos/justificativas de aprovação ou reprovação. Quanto aos lotes 01 e 06, informamos que ainda estamos na análise de proposta e documentação, e posteriormente, caso os itens tenham empresas arrematantes, serão encaminhados para análise e manifestação técnica.

Para fins de auxílio na análise, encaminhamos, em anexo, a **descrição completa dos itens (ANEXO I do edital), propostas de preços, catálogos/fichas técnicas e mapa das marcas e modelos cotados**, e solicitamos que em relação à reprovação da(s) marca(s), o parecer informe, por lote, quais características o(s) produto(s) possui(em) que não atende(m) ao solicitado no instrumento convocatório.

Documento assinado digitalmente
ELINE DOS SANTOS RAMOS
Data: 22/09/2025 14:55:01-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>**Eline dos Santos Ramos**
Pregoeira e Coordenadora da CPLPresidente: Eline dos Santos Ramos
Membro: Anais Oliveira Teixeira
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



MAPA DE MARCAS 0025/25-PG SRP

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição e instalação de equipamentos médicos-hospitalares e odontológicos para ampliação e modernização das clínicas odontológicas do Sesc Maranhão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.

Nº DO ITEM NO PROCESSO	DESCRIÇÃO	NOME DAS EMPRESAS ARREMATANTES					
		EMPRESA 01	EMPRESA 02	EMPRESA 03	EMPRESA 04	EMPRESA 05	EMPRESA 06
2	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	N/A	ALT / THOR 1.5	N/A	N/A
3	AUTOCLAVE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	N/A	ALT / 21LT	N/A	N/A
4	FOTOPOLIMERIZADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	SCHUSTER / EMITER G	N/A	N/A	N/A
5	APARELHO DE LASER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	N/A	N/A	MM OPTICS - LASER DUO	N/A
7	MACA HOSPITALAR EM AÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	MEDICAL COMPANY	N/A	N/A	N/A	N/A
8	MONITOR DE SINAIS VITAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	BIOUGHT M12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	SELADORA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	AGIR-PROTECT SEAL PLUS 31CM
10	MOTOR ENDODONTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	N/A	ALT / ELITEMAX	N/A	N/A

PROCESSO Nº 0025/25-PG
FOLHA Nº
RUBRICA

Presidente: Eline dos Santos Ramos
Membro: Analis Oliveira Teixeira
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges