

RE: Solicitação de Análise e Parecer Técnico_II ao Pregão eletrônico SRP Sesc 0025/25-PG - "Aquisição de Equipamentos Odontológicos"

De Crysthian de Jesus Borges Pacheco <cpacheco@ma.sesc.com.br>

Data Sex, 2025-10-24 15:47

Para Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>

PROCESSO Nº 0025/25-PG
FOLHA Nº _____
RUBRICA

Bom dia,

Encaminho no corpo do e-mail parecer técnico referente **aquisição de Equipamentos Odontológicos para atender as demandas do Sesc Saúde, pelo período de 12 meses - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Sesc 0025/25-PG.**

ITEM 01 - CAMERA INTRA ORAL

Após uma avaliação detalhada da câmera intra oral BIOTRON, venho por meio deste emitir parecer técnico **contrário** à sua aquisição. A seguir, apresento as justificativas técnicas para a reprovação do referido equipamento:

Divergências técnicas e limitações

- A resolução da câmera Biotron é de apenas 640 x 480 pixels, consideravelmente inferior ao padrão desejado para imagens clínicas precisas e detalhadas, insuficiente para documentação avançada e diagnóstico minucioso exigido pela prática odontológica atual.
- O software embarcado na câmera Biotron, conforme catálogo, limita-se à captura, armazenamento em cartão micro SD e visualização de imagens, não incorporando, segundo documento técnico, funcionalidades completas como prontuário digital individual organizado por datas, odontograma editável ou cadastro avançado de pacientes exigidos pela especificação da licitação. Enquanto a descrição exige entretenimento multimídia (Netflix, Spotify, YouTube), navegação web integrada, acesso a e-mail, ferramentas de gestão clínica e comparação simultânea de múltiplas imagens, tais recursos não estão comprovadamente inclusos ou documentados no equipamento Biotron.
- O monitor fornecido é um simples display Full HD de 19 polegadas, sem integração comprovada ao fluxo digital completo de gerenciamento odontológico solicitado (software de cadastro, pesquisa listada e edição dinâmica de anotações), limitando a eficiência operacional.
- Não há comprovação de que o produto acompanha pedal sem fio para captura, modo editar para anotações durante procedimentos, ou possibilidade de comparação simultânea de 4 imagens, divergindo dos requisitos funcionais da licitação.

ITEM 2 - BOMBA DE VÁCUO

Presidenta: Elaine dos Santos Ramos
Membro: Analis Oliveira Teixeira
Membro: Sandra Regina Gonçalves Boror

A Bomba de Vácuo Schuster Sucatron Premium cumpre integralmente as especificações técnicas descritas no edital, apresentando características físicas, operacionais e funcionais adequadas para o atendimento odontológico demandado, com capacidade de suprir de forma confiável até sete consultórios simultaneamente.

Assim, **recomenda-se** a aquisição da bomba de vácuo ofertada, por atender os requisitos técnicos e operacionais solicitados pela licitação com garantia de desempenho satisfatório para as necessidades clínicas previstas

PROCESSO Nº 0025/25-PG
FOLHA Nº _____
RUBRICA

ITEM 6 – DESTILADOR DE ÁGUA

Recomenda-se a aquisição do destilador de água Cristófoli, pois atende integralmente às especificações do edital, apresentando características técnicas, operacionais e sanitárias compatíveis com as necessidades dos serviços odontológicos e o padrão de exigência do setor

ITEM 9 - SELADORA

A Seladora Euroseal Infinity apresenta características técnicas e funcionais que atendem integralmente às especificações do edital, proporcionando um equipamento robusto, confiável, prático e seguro para os processos de esterilização odontológica.

Recomenda-se a aquisição do equipamento pela conformidade técnica e operacional demonstrada, capacidade de facilitar o fluxo de trabalho odontológico e garantir a qualidade no armazenamento dos instrumentos esterilizados

ITEM 10 - MOTOR ENDODÔNTICO

O motor endodôntico X-Smart Plus Maillefer atende de forma integral e detalhada a todas as exigências do edital, apresentando desempenho, versatilidade, segurança e funcionalidade compatíveis com o padrão clínico exigido.


Recomenda-se a aquisição deste equipamento por apresentar plena conformidade técnica e operacional para os serviços odontológicos requeridos.

Atenciosamente,



Crysthian De Jesus Borges Pacheco
PAS Cirurgião Dentista| Matrícula: 02471
SAUDE - SAUDE BUCAL - CLÍNICA

Presidente: Eline dos Santos Ramos
Membro: Analis Oliveira Teixeira
Membro: Sandra Regina Gonçalves Borges



Solicitação de Análise e Parecer Técnico_II ao Pregão eletrônico SRP Sesc 0025/25-PG - "Aquisição de Equipamentos Odontológicos"

De Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>
Data Sex, 2025-10-24 14:12
Para Crysthian de Jesus Borges Pacheco <cpacheco@ma.sesc.com.br>

6 anexos (1 MB)

EMPRESA - 1.zip; EMPRESA - 2.zip; EMPRESA - 3.zip; 3_ANEXO_I.docx; MAPA DE MARCAS_0025_25_PG_SRP_PARA ANÁLISE TÉCNICA_II.xls; 220_Expediente Interno - PARECER TECNICO_equipamentos odontológicos_0025_25_PG_II.pdf;

Boa Tarde !

Encaminhamos em anexo expediente interno, ANEXO I, catálogos e mapa de marcas, referente ao Pregão Eletrônico SRP Sesc/MA nº 0025/25-PG: **registro de preços para eventual aquisição e instalação de equipamentos médicos-hospitalares e odontológicos para ampliação e modernização das clínicas odontológicas do Sesc Maranhão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.**

Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente,



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL

cpl@ma.sesc.com.br

(98) 3215-1513 / 1514 / 1577

www.sescma.com.br

Av. dos Holandeses, Qd 24, SN
Jardim Renascença II, São Luis - MA



Presidente: Eline dos Santos Ramos
Membro: Analis Oliveira Teixeira
Membro: Regina Gonçalves Borges



EXPEDIENTE INTERNO

Data: 24/10/2025.

Divisão: DAF.

Nº 220/2025.

Assunto: Solicitação de análise e emissão de parecer técnico referente ao Pregão eletrônico 0025/25-PG SRP.

De: Eline dos Santos Ramos

Unidade: Sesc Administração/CPL

Para: Crysthian de Jesus Borges Pacheco


Unidade: Sesc Saúde

Sr. Odontólogo,

A Comissão Permanente de Licitação vem solicitar análise das marcas e modelos cotados e emissão de parecer técnico referente aos lotes **01, 02, 06, 09 e 10**, apresentados pelas empresas arrematantes, participantes do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP SESC/MA Nº 0025/25-PG**, cujo objeto é o "Registro de preços para eventual aquisição e instalação de equipamentos médicos-hospitalares e odontológicos para ampliação e modernização das clínicas odontológicas do Sesc Maranhão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos". Solicitamos, que o parecer técnico indique, por lote, as marcas aprovadas e reprovadas, com os respectivos motivos/justificativas de aprovação ou reprovação. Quanto ao lote **03**, informamos que ainda estamos na análise de proposta e documentação, e posteriormente, caso o item tenha empresa arrematante, será encaminhado para análise e manifestação técnica. Quanto aos itens **06 e 09**, a arrematante, ao ser provocada quanto à declaração de que se responsabilizaria pela instalação do equipamento, informou, via e-mail, que não há necessidade de técnico no local para instalação do item, pois é um equipamento de fácil utilização, apenas ligando na tomada. Informamos ainda que o lote **04** foi cancelado, pois a empresa arrematante e as remanescentes não ofertaram desconto no valor unitário estimado do Sesc/MA.

Para fins de auxílio na análise, encaminhamos, em anexo, **a descrição completa dos itens (ANEXO I do edital), propostas de preços, catálogos/fichas técnicas e mapa das marcas e modelos cotados**, e solicitamos que em relação à reprovação da(s) marca(s), o parecer informe, por lote, quais características o(s) produto(s) possui(em) que não atende(m) ao solicitado no instrumento convocatório.

Presidente: Eline dos Santos Ramos
Membro: Analis Oliveira Teixeira
Membro: Sandra Regina Gonçalves Bora


Eline dos Santos Ramos
Pregoeira e Coordenadora da CPL



MAPA DE MARCAS 0025/25-PG SRP

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição e instalação de equipamentos médicos-hospitalares e odontológicos para ampliação e modernização das clínicas odontológicas do Sesc Maranhão, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.

Nº DO ITEM NO PROCESSO	DESCRIÇÃO	NOME DAS EMPRESAS ARREMATANTES		
		EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
1	CAMERA INTRA ORAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	BIOTRON	N/A	N/A
2	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	SCHUSTER SUCTION PREMIUM
6	DESTILADOR DE AGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	CRISTOFOLI	N/A
9	SELADORA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	EUROSEAL INFINITY	N/A
10	MOTOR ENDODONTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I.	N/A	N/A	DENTSPLY SIRONA X-SMART PLUS MAILLEFER

Presidente: Eline dos Santos Ramo;
Membro: Analis Oliveira Teixeira;
Membro: Sandra Regina Gonçalves Bony;