



## Solicitação de Análise e Parecer Técnico das marcas - Pregão Eletrônico SRP Sesc/MA nº 0028/25-PG: "material odontológico médico-hospitalar".

De Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>

Data Seg, 2026-01-12 15:12

Para Patricia Tereza Ribeiro Oliveira <poliveira@ma.sesc.com.br>

3 anexos (1 MB)

004\_Expediente Interno- PARECER TECNICO\_material medico hospitalar.pdf; 13\_MAPA DE MARCAS\_0028\_25\_PG\_SRPM\_INICIAL\_para analise medico\_hospitalar.pdf; 6\_ANEXO\_I.pdf;

**Boa Tarde!**

**Prezada Dra. Patrícia,**

Encaminhamos em anexo **Expediente Interno, Mapa de Marcas e ANEXO I** do edital, referente ao **Pregão Eletrônico SRP Sesc/MA nº 0028/25-PG: registro de preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalar e odontológico a serem utilizados pelas Unidades Operacionais do Sesc/MA, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.**

Favor confirmar o recebimento.

Aguardamos vosso feedback.

**Atenciosamente,**



### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL

cpl@ma.sesc.com.br

(98) 3215-1513 / 1514 / 1577

www.sescma.com.br

Av. dos Holandeses, Qd 24, SN  
Jardim Renascença II, São Luís - MA



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MARANHÃO

**EXPEDIENTE INTERNO**

**Data:** 12/01/2026.

**Divisão:** DAF/CPL

**Nº 004.**

**Assunto:** Solicitação de análise e emissão de parecer técnico, referente às marcas ofertadas no Pregão Eletrônico SRP Sesc/MA 0028/25-PG.

**De:** Comissão Permanente de Licitação

**Unidade:** Sesc Administração/CPL

**Para:** Patrícia Tereza Ribeiro Oliveira

**Unidade:** Sesc Administração/CAS

Sra. Coordenadora da CAS,

A Comissão Permanente de Licitação vem solicitar análise das marcas e emissão de parecer técnico referente aos itens **69, 169, 173, 186 e 187**, cotados pelas empresas arrematantes, no **PREGÃO ELETRÔNICO SRP SESC/MA Nº 0028/25-PG**, cujo objeto é o **“registro de preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalar e odontológico a serem utilizados pelas Unidades Operacionais do Sesc/MA, pelo período de 12 (doze) meses**, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos”.

Solicitamos que o parecer técnico indique, **se as marcas estão aprovadas com os respectivos motivos/justificativas da aprovação, e em caso(s) de reprovação indique qual(is) característica(s) o(s) produto(s) possui(em) que não atende(m) ao solicitado no instrumento convocatório**. Caso seja necessária a apresentação de amostras, favor encaminhar a solicitação a essa Comissão, indicando qual(is) item(ns) deseja amostra(s), para que possamos encaminhar as solicitações à(s) empresa(s) arrematante(s).

Para fins de auxílio na análise, encaminhamos, em anexo, **a descrição completa dos itens (ANEXO I do edital) e mapa de marcas cotadas**.

**Analís Oliveira Teixeira**  
Pregoeira e Coordenadora da CPL, em exercício



## ENC: Parecer 01/2026 - CAS em resposta ao EXP. INT 004/2026 CPL - SRP Sesc/MA nº 0028/25-PG

De Patricia Tereza Ribeiro Oliveira <poliveira@ma.sesc.com.br>

Data Seg, 2026-01-19 11:41

Para Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>

1 anexo (629 KB)

CamScanner 19-01-2026 11.32.pdf;

Bom dia!

Face ao e-mail encaminhado em 12/01/2026 com EXP.INT No.004/2026 da CPL que solicita parecer técnico sobre marcas de itens do processo **SRP Sesc/MA nº 0028/25-PG: registro de preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalar e odontológico a serem utilizados pelas Unidades Operacionais do Sesc/MA, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.**

*Segue parecer desta coordenação contido no EXP. INT No. 01/2026 apensado a este. Solicitando confirmação do recebimento e da conformidade deste com a devolutiva esperada.*

Att,



**Sesc**  
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESCI  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MARANHÃO

**EXPEDIENTE INTERNO**

**Data:** 19/01/2026      **Divisão:** DPS      **No.** 01/2026

**Assunto:** Parecer Técnico – Itens 69,169,173,186 e 187 do mapa de marcas para o Pregão Eletrônico SRP Sesc/MA 0028/25-PG

**De:** Patricia Tereza Ribeiro Oliveira      **Unidade:** DPS/CAS

**Para:** Analis Oliveira Teixeira      **Unidade:** DAF/CPL

Sra. Coordenadora da CPL, em exercício

Em resposta ao EXP.INT 004/2026 que solicita análise e emissão de parecer técnico relativo as marcas cotadas pelas empresas participantes do Pregão Eletrônico SRP Sesc/MA 0028/25-PG, itens 69,169,173,186 e 187, cujo objeto é o *registro de preços para eventual aquisição de materiais médico-hospitalar e odontológico a serem utilizados pelas Unidades Operacionais do Sesc/MA, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.*

**PARECER TÉCNICO:** No. 01/2026 – CAS/DPS em 19/01/2026/ Pregão Eletrônico SRP Sesc/MA 0028/25-PG

LOTE/ITEM	DESCRÍÇÃO	MARCA APROVADA	JUSTIFICATIVA
69	PRESERVATIVO LUBRIFICADO MASCULINO, CAIXA COM 144 UNIDADES	RILEX	Ambas as marcas oferecem segurança, resistência e conforto além de lubrificação para facilitar o uso. Ressaltando a aprovação com o selo do inmetro
		PRUDENCE	
169	SACHE GEL LUBRIFICANTE INTIMO 5G	RILEX	A marca é adequada ao uso, observando a baixa toxicidade e índice de alergias considerando a composição em gel e solubilidade em água.
173	FIXADOR DE ESFREGAÇÃO CELULAR EM LÂMINA DE 100 ML	KOLPOFIX	Oferece boa fixação e integridade a amostra celular coletada



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESCI  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MARANHÃO

LOTE/ITEM	DESCRÍÇÃO	MARCA APROVADA	JUSTIFICATIVA
186	<b>LANCETA DESCARTÁVEL ESTÉRIL ATIVADA POR CONTATO EM AGULHA COM 1,8 MM DE PROFUNDIDADE – caixa com 100 unidades</b>	MULTILASER	Com bisel trifacetado, gatilho e capa protetora facilita o uso, evita acidentes pêrfuro cortantes e está de acordo com as normas da ANVISA e NR 32
187	<b>FITA PARA TESTE DE GLICEMIA “ON CALLPLUS” – CAIXA COM 50 TIRAS</b>	ON CALLPLUS	Compatível com aparelho de glicemia on call plus, rapidez de uso e alta permeabilidade. Aprovada pelo registro da ANVISA

Atenciosamente,

Patrícia Ferreira Ribeiro Oliveira  
Coordenação de Assistência e Saúde  
Mat: 01844