

ESCLARECIMENTO E ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP SESC/MA Nº 0011/26-PG
LICITAÇÃO BB Nº 1095623

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição e instalação (quando necessária) de equipamentos de odontologia para ampliação e modernização das Clínicas Odontológicas das Unidades do Sesc Saúde, Sesc Caxias e Odontosesc I, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.

1 O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão, através da Comissão Permanente de Licitações, comunica aos interessados que a empresa **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS**, apresentou impugnação ao Edital, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, conforme segue:

1.1 A empresa **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS** questionou o item **02** do processo, pois segundo a empresa, o item apresentou especificação de caráter restritivo e direcionado a uma marca exclusiva (como as exigências relativas ao "Refletor Evolution Plus" e ao "Sistema Thermo Comfort"), o que prejudicaria a ampla e justa competitividade do processo licitatório, assim, solicitou o recebimento, processamento e acolhimento do questionamento para que fossem realizadas as devidas adequações e correções no descritivo técnico do edital. Diante da solicitação, a Comissão encaminhou a impugnação à Gerência do Sesc Saúde, em que após análise e manifestação informou deferiu o questionamento da empresa **EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS** relacionado ao item **02** - Consultório Odontológico Móvel, informando a necessidade de retificar a descrição do item. Diante do exposto, segue abaixo a alteração do item 02:

ONDE SE LÊ NO ITEM 02 DO ANEXO I	LEIA-SE NO ITEM 02 DO ANEXO I
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL 1. Cadeira Odontológica Modelo: Cadeira cabeceira multiarticulada, com comando de sobe e desce, encosto e apoio para pés com ajuste mecânico; Painel de comandos com voltímetro integrado e função liga/desliga do refletor; Puxador lateral duplo para manejo da cadeira; Sistema pneumático de movimentação; Sistema Thermo Comfort, proporcionando conforto térmico ao paciente. 2. Refletor Odontológico Modelo: Evolution Plus LED, com 30.000 Lux de intensidade luminosa; Espelho multifacetado com proteção frontal transparente em policarbonato. 3. Unidade de Água Cuba confeccionada em poliéster translúcido com duto de água removível para higienização; Registro de água instalado diretamente na cuba; Sistema de tratamento de água com LED UV. 4. Mesa Odontológica (Equipo) Equipamento com seringa tríplice; Acoplamentos refrigerados tipo Midwest para peças de baixa e alta rotação; Sucção tipo Venturi; Fotopolimerizador LED acoplado; Ultrassom odontológico com iluminação LED. 5. Sistema de Ar e Compressão Compressor isento de óleo, com reservatório incorporado; Equipado com filtro de ar, registro, manômetro e dreno automático.	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL 1. Cadeira Odontológica Modelo: Cadeira cabeceira multiarticulada, com comando de sobe e desce, encosto e apoio para pés com ajuste mecânico; Painel de comandos com voltímetro integrado e função liga/desliga do refletor; Puxador lateral duplo para manejo da cadeira; Sistema pneumático de Movimentação. 2. Refletor Odontológico em led; Espelho multifacetado com proteção frontal transparente em policarbonato. 3. Unidade de Água: Cuba com duto de água removível para higienização; Registro de água instalado diretamente na cuba. 4. Mesa Odontológica (Equipo) Equipamento com seringa tríplice; Acoplamentos refrigerados tipo Midwest para peças de baixa e alta rotação; Sucção tipo Venturi; Fotopolimerizador LED acoplado; Ultrassom odontológico com iluminação LED. 5. Sistema de Ar e Compressão Compressor isento de óleo, com reservatório incorporado; Equipado com filtro de ar, registro, manômetro e dreno automático.

Assim, considerando que as retificações influenciam diretamente nas condições de participação no certame, informamos que a nova data de abertura para o limite do acolhimento de propostas, abertura das propostas e data e hora da disputa, conforme especificado abaixo:

- ✓ **LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:** Até às 14h (catorze) horas do dia 04 de agosto de 2026.
- ✓ **ABERTURA DAS PROPOSTAS:** Às 14h (catorze) horas do dia 04 de agosto de 2026.
- ✓ **DATA E A HORA DA DISPUTA:** Às 14h30min (catorze horas e trinta minutos) do dia 04 de agosto de 2026.

São Luís-MA, 23 de julho de 2026.

Eline dos Santos Ramos
Coordenadora e Pregoeira da CPL.