



RE: Solicitação de Análise e Parecer Técnico das marcas e modelos - Pregão Eletrônico SRP Sesc/MA nº 0011/26-PG: "equipamentos odontológico"

De Crysthian de Jesus Borges Pacheco <cpacheco@ma.sesc.com.br>

Data Ter, 2026-09-01 16:08

Para Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>; Alessandro da Camara Batista <abatista@ma.sesc.com.br>

Bom dia,

Encaminho no corpo do e-mail parecer técnico referente **aquisição e instalação (quando necessária) de equipamentos de odontologia para ampliação e modernização das Clínicas Odontológicas das Unidades do Sesc Saúde, Sesc Caxias e OdontoSesc I, pelo período de 12 (doze) meses - PREGÃO ELETRÔNICO SRP SESC/MA Nº 0011/26-PG.**

ITEM 1 - APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL PORTÁTIL

Diante da análise das especificações técnicas e dos documentos apresentados, manifestamo-nos favoravelmente à aquisição/aceitação do equipamento Portable Dental X-Ray, modelo AXR65 S, da marca **Eagle X-Ray / Dabi Atlante**, por apresentar características compatíveis com as especificações de uso odontológico intraoral, recursos adequados de operação, portabilidade, segurança e controle de emissão de radiação.

ITEM 2 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL

Considerando as especificações apresentadas, a funcionalidade do equipamento **CADEIRA PORTÁTIL P177 / CONSULTÓRIO PORTÁTIL P176/180 - BIOTRON**, a adequação às necessidades dos serviços odontológicos itinerantes, bem como a existência de registros válidos junto à ANVISA, **EMITO PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL** à aprovação do item analisado, por entender que o conjunto atende aos requisitos técnicos e operacionais necessários para a execução de atendimentos odontológicos móveis com segurança, eficiência e qualidade assistencial.

ITEM 3 – APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR

Após análise minuciosa do aparelho fotopolimerizador da marca **EMITTER NOW / SCHUSTER N**, venho por meio deste emitir um parecer técnico favorável à sua aprovação para uso na clínica odontológica do SESC/MA.

Verifica-se que o equipamento atende aos requisitos necessários para utilização na prática odontológica, destinando-se à fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros, adesivos e colagem de acessórios ortodônticos.

ITEM 4 - ULTRASSOM E JATO BICARBONATO CANETA COM LED

Após análise das especificações técnicas da marca **JETLAX SONIC BP II LED / SCHUSTER**, verifica-se que o equipamento atende aos requisitos estabelecidos.

O equipamento é compatível com as necessidades clínicas da instituição, sendo essencial para a qualidade dos serviços prestados, portanto recomenda-se a aquisição.

Atenciosamente,



Crysthian De Jesus Borges Pacheco
PAS - Cirurgião Dentista | Matrícula: 02471
Sesc Saúde - SAUDE BUCAL
Departamento Regional do Sesc Maranhão

De: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>

Enviado: sexta-feira, 28 de agosto de 2026 14:58

Para: Alessandro da Camara Batista <abatista@ma.sesc.com.br>; Crysthian de Jesus Borges Pacheco <cpacheco@ma.sesc.com.br>

Assunto: Solicitação de Análise e Parecer Técnico das marcas e modelos - Pregão Eletrônico SRP Sesc/MA nº 0011/26-PG: "equipamentos odontológico"

Boa tarde!

Encaminhamos em anexo, **expediente Interno 85, Anexo I, MAPA DE MARCAS, PROPOSTAS E CATÁLOGOS dos lotes 01(aparelho de raio X), 02(CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MÓVEL), 03(APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR) e 04(ULTRASSOM E JATO BICARBONATO CANETA COM LED)** cotados pela empresas arrematantes referente ao Processo Pregão Eletrônico 0011/26-PG-cujo o objeto é a **aquisição e instalação (quando necessária) de equipamentos de odontologia para ampliação e modernização das Clínicas Odontológicas das Unidades do Sesc Saúde, Sesc Caxias e Odontosesc I, pelo período de 12 (doze) meses**, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos; haja vista análise e emissão de parecer técnico.

Favor, confirmar recebimento desse e-mail.

Atenciosamente,



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

☎ (98) 3215-1513 / 1514 / 1577

✉ cpl@ma.sesc.com.br

🌐 www.sescma.com.br

📍 Av. dos Holandeses, Qd 24 SN
Jardim Renascença II, São Luís-MA